



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-295, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-752

ISO 9001: 2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

Bydgoszcz, dnia 22.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie napraw bieżących, konserwacji, przeglądów technicznych kardioangiografu

**Wszyscy Wykonawcy**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji:

##### **Pytanie 1**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 3 ust. 1 ppkt. e

Prosimy celem doprecyzowania o zastąpienie słowa "*najwyższej*" słowem "*należytej*".

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

##### **Pytanie 2**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 3 ust. 3 ppkt. a)

Prosimy celem doprecyzowania o wpisanie po słowie "*pomieszczeń*" słowa "*zamawiającego*".

Zwracam uwagę, że ewentualne przetwarzanie danych osobowych (np. wgląd do bazy danych) odbywa się bezpośrednio przy urzędzeniu medycznym.

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Jeżeli dane Zamawiającego będą przetwarzane w pomieszczeniach Wykonawcy (Przetwarzającego) , Zamawiający (Administrator) powinien mieć dostęp także do tych pomieszczeń.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy – załącznik nr 5 a do SIWZ w sposób następujący w § 3 art. 3 lit. a skreśla się zapis:

- a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,

##### **i w zamian wprowadza się następujący zapis**

- a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe zamawiającego i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,

##### **Pytanie 3**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 6 ust. 1

Prosimy celem doprecyzowania o dopisanie po słowie "*dodatkowego*" słowa "*odpowiedniego*".

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

#### **Pytanie 4**

##### **Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 6 ust. 1 ppkt. a)**

Prosimy celem doprecyzowania o wpisanie przed słowem "naruszenia" słowa "istotnego".

Wypowiedzenie umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny.

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

#### **Pytanie 5**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 6 ust. 1 ppkt. b)

Prosimy, celem doprecyzowania oraz dochowania zasad obiektywizmu, o dopisanie po słowie " Administratorowi" zdania " potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym".

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 6 ust. 2

Prosimy o usunięcie odniesienia do ustępu d) – z samej treści niniejszej umowy , par. 3 ust. 6, wynika, że niewykonanie zaleceń pokontrolnych objęte jest przed rozwiązaniem wezwaniem i wyznaczeniem dodatkowego terminu.

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy – zał. do 5A do SIWZ .

w § 6 ust 1 skreśla się zapis:

„ d) niewykonania w wyznaczonym, jak i w wyznaczonym dodatkowo przez Administratora terminie zaleceń pokontrolnych,

**i wprowadza się następujący zapis:**

„ d) określonym w § 3 ust.6

#### **Pytanie 7**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 6 ust. 3

Prosimy o dopisanie na końcu ustępu zdania:

*"Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków i strat pośrednich. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Przetwarzającego, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto umowy, powołanej w § 1 ust. 1. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych"*

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i wprowadza ust. 4 w paragrafie 6 o następującej treści:**

§6 ust.4

*"Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków i strat pośrednich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto umowy, powołanej w § 1 ust. 1. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych"*

#### **Pytanie 8**

Pytanie dot. zał. 5a do SIWZ Projekt umowy - par. 7 ust. 3 ppkt. 3)

Prosimy celem doprecyzowania o dopisanie po słowie *"przepisach"* zdania *"lub wynika z nakazów, decyzji lub orzeczeń odpowiednich organów lub sądów"*.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację.

#### **Pytanie 9**

Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ Projekt umowy - par. 3 ust. 7

Prosimy o zmianę słowa *"obciążenia"* słowem *"uznania"* - z uwagi na fakt, że Wykonawca jest odbiorcą wynagrodzenia, podlega uznaniu, a nie obciążeniu.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 10**

Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ Projekt umowy - par. 4 ust. 2 tiret 3

Prosimy celem doprecyzowania o dopisanie po słowie *"następuje"* słów *"niezwłocznie po dokonanej zmianie osoby upoważnionej"*.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.

#### **Pytanie 11**

**Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ Projekt umowy - par. 4 ust. 3**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że interwencją jest także wywiad telefoniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem i/lub podjęcie czynności serwisowych z wykorzystaniem zdalnego łącza SRS.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający potwierdza, że interwencją jest także wywiad telefoniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem i/lub podjęcie czynności serwisowych z wykorzystaniem zdalnego łącza SRS.

#### **Pytanie 12**

**Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ Projekt umowy - par. 4 ust. 7**

Prosimy o potwierdzenie, że przez części nowe Zamawiający rozumie spełniające wymogi producenta aparatu części oryginalne dostarczane bezpośrednio od tegoż producenta.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Części nowe to części zgodne z wymaganiami producenta aparatu.

#### **Pytanie 13**

**Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ – dział I pkt. 7 - zdalna diagnostyka ppkt. c)**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wymóg pokrycia kosztów utrzymania linii telekomunikacyjnej dotyczy sytuacji, kiedy Zamawiający nie udostępni własnej infrastruktury.

#### **Odpowiedź na zapytanie:**

Tak, wymóg pokrycia kosztów utrzymania linii telekomunikacyjnych dotyczy sytuacji, kiedy Zamawiający nie udostępni własnej infrastruktury.

**Zamawiający**