



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/98/P/15

Bydgoszcz, dnia 07.01.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz najem analizatorów i/lub innego sprzętu oraz sprzedaż i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test o punkcie odcięcia 1000 ng/ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści test o punkcie odcięcia 300 ng/ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści test o punkcie odcięcia 500 ng/ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy Zamawiający wymaga testów, w których wynik można odczytać po 5 min?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymogu określającego czas odczytu.

Pytanie nr 5- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby udokumentowano, iż różne zakresy pH nie zakłócają przebiegu testu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ określił, że oczekuje podania nazwy kalibratora, wykazu i stężenia substancji wykrywanych oraz możliwych interferencji. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów umożliwiających zweryfikowanie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Złożone dokumenty muszą potwierdzać bez jakichkolwiek wykluczeń wszystkie wymagane parametry.

Pytanie nr 6- dotyczy zadania 2 - dostawa narkotestów kasetkowych do oznaczeń jakościowych w moczu na okres 36 miesięcy:

Czy Zamawiający wymaga, aby udokumentowano, iż różne zakresy ciężaru właściwego moczu nie mają wpływu na wyniki testów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ określił, że oczekuje podania nazwy kalibratora, wykazu i stężenia substancji wykrywanych oraz możliwych interferencji. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów umożliwiających zweryfikowanie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Złożone dokumenty muszą potwierdzać bez jakichkolwiek wykluczeń wszystkie wymagane parametry

Pytanie nr 7 - dotyczy Projekt umowy dla zadania nr 2, par 4 pkt 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanych kar do 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6- dotyczy zadania 7

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o niewiele większych wymiarach maksymalnych(430x540x380mm)SxGxW, spełniającą pozostałe wymagania graniczne aby zwiększyć konkurencyjność składanych ofert?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, lecz tylko dla wirówki do wirowania probówek systemu zamkniętego krwi żyłnej maksymalnie do 440 x 540 x 400 mm (szerokość x głębokość x wysokość) pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. Zamawiający określił w wymaganiach granicznych maksymalne wymiary wirówek ze względu na ściśle określoną przestrzeń w laboratorium, w której wirówki te będą pracować.

Zamawiający