



ISO 9001:2001

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA  
W BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

**Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - NZZ**

**tel. 052/36-55-521 fax. 052/36-55-752**

NZZ/49/D/08

Bydgoszcz dnia 16.09.2008 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych ( numer sprawy NZZ/49/D/08)

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) w związku z pytaniami zadanymi przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie do zadania nr 1 – pompa infuzyjna – pompa do podawania płynów infuzyjnych jednostrzykawkowych zał. Nr 1:  
Pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z szybkością dozowania bolusa w zakresie od 300-1200ml.h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pkt. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy jedynie z bolusem manualnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy współdziałającej jedynie z bolusem manualnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt.11,12,13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy bez biblioteki leków i w związku z tym nie spełniającej wymogu 12 i 13?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pkt 14. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy bez możliwości podaży infuzji z profilami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do zadania nr 2 – urządzenia diagnostyczne – spirometr

Pkt.7 Walory techniczne wymagane przez Użytkownika

**Pytanie 1** dotyczy opisu parametru Lp.-4

Czy jest możliwa dostawa akcesoriów w ilości:

główek pneumatychograficznych – 200 szt.

ustników plastikowych – 200szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również taką możliwość.

**Pytanie 2** dotyczy opisu parametru Lp. –5

Czy możliwa jest zmiana zapisu na:

Głowica pneumatychograficzna łatwo sterylizowalna lub jednorazowa

Uzasadnienie propozycji zmian w punkcie 4 i 5:

Akcesoria do badań spirometrycznych są elementem pomiarowym, który zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych oznaczonych kodem 180103.

Z powyższych powodów ponowne ich użycie wymaga:

umieszczenia pneumatychografów i ustników po wykonaniu pomiaru w odpowiednim opakowaniu ( worki na odpady w kolorze czerwonym)

zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania

czyszczenia, wstępnej dezynfekcji oraz pakowania i sterylizacji z oceną skuteczności.

Ze względu na wpływ czyszczenia, mycia, dezynfekcji i sterylizacji na jakość powierzchni głowicy niezbędne jest

monitorowanie ilości wykonanych sterylizacji oraz wykonanie kontroli kalibracji spirometru. Z tego powodu oferowane obecnie spirometry wyposażone są w jednorazowe akcesoria

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3** dotyczy opisu parametru Lp. – 6

Czy urządzenie ma być wyposażone wyłącznie w program do oceny testów prowokacyjnych i prób rozkurczowych czy też ma być wyposażone w program, urządzenia i akcesoria do wykonania inhalacji diagnostycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4** dotyczy opisu parametrów Lp.- 7

Jaka jest przewidywana metoda zasilania urządzenia sprężonym powietrzem i/lub tlenem ( z punktu poboru, sprężarki lub butli)?

Odpowiedź:

Zasilanie sprężonym powietrzem.

**Pytanie 5** dotyczy opisu parametru Lp. – 7

Jaki jest zakres walidacji – czy obejmuje określenie wydatku i rozkładu wielkości cząsteczek dla każdego stężenia środka do prowokacji lub leku?

Odpowiedź:

Zakres walidacji obejmuje określenie wydatku i rozkładu wielkości cząstek dla każdego środka do prowokacji.

**Pytanie 6** dotyczy opisu parametru Lp.- 7

Jakie są wymagania dotyczące codziennej kontroli kalibracji wydatku?

Z treści opisu parametru w Lp. – 7 wynika, że urządzenie ma zapewnić bieżącą kontrolę dawki środka prowokacyjnego.

Spełnienie wymagania wymaga podania listy środków prowokacyjnych oraz odpowiedzi na w/w pytania.

Odpowiedź:

Zaleca się codzienną kontrolę kalibracji wydatku

**Pytanie 7** dotyczy opisu parametru Lp. –8

Czy wymaganie jest identyczne z wymaganiem w punkcie 12?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8** dotyczy opisu parametru Lp. – 13

Czy możliwa jest zmiana wymagania na:

Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów lub dostawy urządzeń umożliwiających pomiar.

Uzasadnienie zmiany wymagania – jeżeli przetarg dotyczy dostawy spirometru z zestawem urządzeń i akcesoriów do inhalacji to celowe jest dopuszczenie dostawy modułów i urządzeń umożliwiających pomiary do wykonania wymienionych w Pkt. 13 badań. Nie jest możliwe korzystanie z w/w modułów pomiarowych w jednym pomieszczeniu, w którym wykonywane są badania spirometryczne i inhalacje ze względu na bezpieczeństwo osób badanych i personelu medycznego oraz z powodu ograniczenia możliwości korzystania z rozbudowanego zestawu diagnostycznego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9** dotyczy treści umowy

Czy jest możliwe wprowadzenie zmiany w treści umowy polegającej na:

1. Wydłużeniu terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zobowiązania Zamawiającego do dostarczenia Wykonawcy na 40 dni przed terminem dostawy próbek środków do testów prowokacyjnych i leków do inhalacji w uzgodnionej ilości tj. 10ml w celu walidacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający