

**I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****ENDOSKOPY - SPRZĘT ENDOSKOPOWY**

**Szczegółne wymagania techniczne** – Pełna kompatybilność z posiadanym torem video firmy Olympus

**Zamawiana ilość:**

- Wideogastroskop – 2 sztuki
- Wideokolonoskop – 1 sztuka
- Wideoduodenoskop – 1 sztuka

**II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:**

1	Nazwa urzędu	

2	Producent	

**3.Wymóg formalny:**

Wpis/zgłoszenie od Rejestru wyrobów medycznych i/lub Certyfikat CE(zalączyć kopię).

*(Zgodnie z wymogami prawa polskiego)*

	Nazwa dokumentu dopuszczającego (wyszczególnić dokumenty dopuszczające)		Data ważności wpisu	
--	--	--	---------------------	--

**4.Cena zakupu:**

1	Cena zakupu w PLN Wartość brutto	
---	-------------------------------------	--

**5. Warunki gwarancji i serwisu:**

Lp.	Opis parametrów:	Parametry oferowane (podać/opisać)
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski <i>wpisać TAK / NIE</i>	
2	Długość udzielanej gwarancji: <b>minimum 24</b> <i>podać ilość miesięcy</i>	- Wideogastroskop: - Wideokolonoskop: - Wideoduodenoskop:

**6. Walory techniczne wymagane przez użytkownika.**

Lp.	Opis parametrów:	Parametry graniczne	Parametry oferowane (podać/opisać)
	<b>Wideoendoskopy:</b>		
<b>1</b>	<b>Wideogastroskop - 2 sztuki:</b>		
a	Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wideo. (Zamawiający posiada zestaw endoskopowy EXERA 145/160)	TAK	
b	Długość części roboczej sondy wideo gastrokopu min. 1020 mm	TAK	
c	Średnica zewnętrzna sondy wideo gastrokopu max. 9,2 mm	TAK	
d	Średnica kanału roboczego wideo gastrokopu min. 2,8 mm	TAK	
e	Pole widzenia min. 140°	TAK	
f	Zagięcie końcówki góra/dół min. 210°/90°, prawo/lewo min. 100°/100°	TAK	
g	Głębokość ostrości w przedziale min. 3-100 mm	TAK	
h	Możliwość przypisywania każdej funkcji dostępnej w menu procesora do przycisków umieszczonych na części chwytowej i sterującej wideo endoskopu	TAK	
i	Wideogastroskopy fabrycznie nowe. Rok produkcji 2008.	TAK	
<b>2</b>	<b>Wideokolonoskop – 1 sztuka:</b>		
a	Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wideo (Zamawiający posiada zestaw endoskopowy EXERA 145/160)	TAK	
b	Długość części roboczej sondy wideo kolonoskopu min. 1600 mm	TAK	

c	Średnica zewnętrzna sondy wideo kolonoskopu max. 13 mm	TAK	
d	Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm	TAK	
e	pole widzenia min. 140°	TAK	
f	Zagięcie końcówki góra/dół min. 180°/180°, prawo/lewo min. 160°/160°	TAK	
g	Głębia ostrości w przedziale min. 3-100 mm	TAK	
h	Możliwość przypisywania każdej funkcji dostępnej w menu procesora do przycisków umieszczonych na części chwytowej i sterującej wideo endoskopu	TAK	
i	Wideokolonoskop fabrycznie nowy. Rok produkcji 2008.	TAK	
j.	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola zabiegowego na wprost z pompą medyczną, regulowaną i sterowaną z przycisków umieszczonych na części chwytowej wideokolonoskopu	TAK	
<b>3</b>	<b>Wideoduodenoskop – 1 sztuka:</b>		
a	Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wideo (Zamawiający posiada zestaw endoskopowy EXERA 145/160).	TAK	
b	Długość części roboczej wideoduodenoskopu min. 1200 mm	TAK	

c	Średnica zewnętrzna sondy wideo duodenoskopu max. 12,5 mm	TAK	
d	Kanał roboczy o średnicy min. 4,2 mm	TAK	
e	Pole widzenia min. 100°	TAK	
f	zagięcie końcówki góra/dół min. 120°/90°	TAK	
g	Głębokość ostrości w przedziale min. 5-60 mm	TAK	
h	Możliwość przypisywania każdej funkcji dostępnej w menu procesora do przycisków umieszczonych na części chwytowej i sterującej wideo endoskopu	TAK	
i	Wideo duodenoskop fabrycznie nowy. Rok produkcji 2008.	TAK	
4	<b>Szkolenia:</b>		
a	Szkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi urządzeń – minimum 3 osoby. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego.	TAK	

**UWAGA !!!**

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty). Wymienione dokumenty mogą być załączone w języku angielskim.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

**Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.**

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy.....