



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax 52/36-55-752

NZZ/33/D/16

Bydgoszcz, dnia 22.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul dożylnych dla potrzeb szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, nr sprawy NZZ/33/D/16

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania filtra hydrofobowego pełniącego funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegającego zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy koreczek portu bocznego ma być koreczkiem samodomykającym się czy domykany ręcznie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby koreczek portu bocznego był koreczkiem samodomykającym się lub domykany ręcznie.

Zamawiający