



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/57/D/08

Bydgoszcz, dnia 09.10.2008 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie
sprzętu endoskopowego
(Nr sprawy: NZZ/57/D/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1:

Dotyczy pkt. 1 wideoendoskopy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wideogastroskopu w komplecie z własnym wiodoprocesorem oraz źródłem światła zaoferowanym przez Wykonawcę jako równoważne rozwiązanie zapewniające spełnienie warunków Zamawiającego o kompatybilności z zestawem do wideogastroskopii będącym w wyposażeniu Szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Dotyczy punktu 1 wideoendoskopy

Czy Zamawiający dopuści aparat o średnicy zewnętrznej sondy 9,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3

Dotyczy punktu 1 wideoendoskopy

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 4-100 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający