



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-135, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-752**

**ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005**

Bydgoszcz, dnia 16.05.2016 r.

NZZ/04/P/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego oraz jednorazowego sprzętu medycznego.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1 -

Zadanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy jałowy adapter ma nie zaburzać przepływu grawitacyjnego cewnika permanentnego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2 -

Zadanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy jałowy adapter (zastawka dostępu) ma posiadać jednolitą materiałowo powierzchnię styku łącznika z końcówką luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3 -

Zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy silikonowa membrana w zastawce dostępu bezigłowego ma być zewnętrznie osadzona na konektorze?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 -

Zadanie 11, Poz. 1-3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 5 -

Zadanie 11, Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani rękawice chirurgicznych, Półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, rozm. 6,5-7,0 (wielkością odpowiadającą rozm. M)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6 -

Zadanie 12, Poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach palec/dłoń/mankiet:

$\geq 0,135\text{mm} / \geq 0,105\text{mm} / \geq 0,09\text{mm}.$

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7 -

Zadanie 12, Poz. 1-3

Czy zamawiający oczekuje rękawicy o najwyższym stopniu chwytności palców 5 sprawdzonej wg DIN EN420:2003?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8 -

Zadanie 12, Poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje odporności (Level 6) na przenikanie następujących cytostatyków:

Karmustyna, Cisplatyna, Cyklofosamid, Cytarabina, Daunorubicyna, Doxorubicyna, Etopozyd5-fluorouracyl, Chlorowodorek Irynotekanu, Metotrexat, Mitomycyna, Oxaliplatyna, Paklitaksel, Tiotepa, Winkrystyna.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9 -

Zadanie 20

Prosimy o sprecyzowanie czy rurka ma posiadać czarny minimum 2cm znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ, tj. rurkę (...) z kontrastującym w rtg paskiem i (...) końcówką dystalną kontrastującą w rtg (...).

Pytanie 10 -

Zadanie 30

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do pena dostosowanych do wszystkich wstrzykiwaczy w rozm 31G i długości w zakresie 5-6mm, spełniających pozostałe wymogi siwz. Standardowo długości igły do pena zarówno 5mm, jak i 6mm jest wystarczająca do bezpiecznej podaży insuliny.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 -

Zadanie 30

Czy igły do pena mają być kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN) zgodnie z normą ISO 11608-2:2000 z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Igły mają być dostosowane do wszystkich wstrzykiwaczy insuliny dostępnych na rynku.

Pytanie 12 -

Zadanie 30

Czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 13 -

Dotyczy zapisów siwz

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 -

Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 250ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 -

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści adapter o przepływie min. 400ml/min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16 -

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści adapter posiadający przezroczystą poliwęglanową obudowę i nieprzezroczystą silikonową membranę, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17 -

Zadanie 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aplikator z 2-krotnie dokładniejszym niż oczekiwany filtrem aerozolowym, o wielkości porów 0,1µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 18 -

Zadanie 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19 -

Zadanie 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych polimerowanych od wewnętrznej jak i zewnętrznej strony rękawicy wycenionych dla rozmiaru 7,0, posiadających specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20 -

Zadanie 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chlorowanych a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic pokrytych poliuretanem oraz silikonem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21 -

Zadanie 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL = 1,0?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22 -

Zadanie 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23 -

Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie do 125°C, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24 -

Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski do fototerapii w kształcie litery „Y” zapinane na rzep z tyłu główki dziecka w rozmiarach: L – obwód główki 33 - 39,5cm, szerokość osłonki 8,7cm, M – obwód główki 31cm – 37,5cm, szerokość osłonki 8,7cm, S: obwód główki 29 – 35,3cm, szerokość osłonki 7,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25 -

Zadanie 35, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do odrębnego zadania, np. 35a, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność w zakresie tego zadania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY