



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/26/P/16

Bydgoszcz, dnia 18.05.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych ortopedycznych, zestawów medycznych zabiegowych, bielizny operacyjnej i innych materiałów jednorazowego użytku*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 6 poz. 3-5

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie niejadalnych podkładów higienicznych z powyższej grupy i utworzenie oddzielnej grupy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 2, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu, asortymentu opisanego w **Grupie 2 w pozycji 1** tj. system do retransfuzji pooperacyjnej typu ATS? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 2 poz. 1

Czy Zamawiający w Grupie 2 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie:

- silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona,

- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu,

- dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji co minimalizuje ryzyko zakażenia

- dwa dreny Redon z trokami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 2 poz. 1 produkt o w/w parametrach.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 3 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowane trokara o śr. 12,5 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowane trokara o śr. 12,5 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 3 Poz. 1

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 3

Poz. 2 i 3 Czy Zamawiający nie pomylił się i powinien wymagać nożyczek o długości trzonu wyrażonej w jednostce

miary – centymetr a nie milimetr?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli długości trzonu wyrażone w cm. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ ( pn. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA//SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY) i w tabeli dla Grupa 3. Sprzęt jednorazowy laparoskopowy w kolumnie 2 - Nazwa artykułu, opis minimalnych wymaganych parametrów w pozycji 2 **skreśla zapis:**

Nożyczki zakrzywione laparoskopowe, jednorazowego użytku, 16 mm, ze złączem do koagulacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy (360°), długość trzonu 31 mm

**w zamian wprowadza nowy zapis które otrzymuje brzmienie:**

Nożyczki zakrzywione laparoskopowe, jednorazowego użytku, 16 mm, ze złączem do koagulacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy (360°), długość trzonu 31 cm

w pozycji 3 **skreśla zapis:**

Nożyczki zakrzywione laparoskopowe, jednorazowego użytku, 16 mm, ze złączem do koagulacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy (360°), długość trzonu 45 mm

**w zamian wprowadza nowy zapis które otrzymuje brzmienie:**

Nożyczki zakrzywione laparoskopowe, jednorazowego użytku, 16 mm, ze złączem do koagulacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy (360°), długość trzonu 45 cm

Zmodyfikowany PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA//SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY (zał. 1) w zakresie grupy 3 stanowi załącznik do udzielonych zapytań i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 3, Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek 17 mm z długością trzonu 33 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek 17 mm z długością trzonu 33 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 3 Poz. 2

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 3, Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek 17 mm z długością trzonu 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nożyczek 17 mm z długością trzonu 45 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 3 Poz. 3

Pytanie nr 8- dotyczy grupy 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

- serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m2, serweta ta posiada otwór w okolicach jamy brzusznej 27cm x 33cm z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepłą na węższych bokach otworu, posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach, zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów, zgodną z normą EN 13 795 1-3. W skład zestawu wchodzi następujące komponenty:

- 10 szt. serwety operacyjnej gazowej białej 4 warst., 17 nitk., z chipem i taśmą o wymiarach 50 x 60 cm
- 80 szt. kompresów gazowych 17 nitk., 12 warstw. z nitką rtg w rozm. 10 x 10 cm
- 1 cewnik Nelaton w rozmiarze 10/3, 33 CH/mm 35 cm
- 1 dren do ssaka z końcówką Yankauer CH 25 o długości 200 cm
- 1 szt. serweta włókninowa dla noworodka o wym. 90 x 100 cm
- 1 serweta na stół Mayo o wym. 80 x 145 cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki w wym. 150 x 190 cm
- 1 szt. opatrunku 10 x 20 cm na ranę pooperacyjną
- 3 szt. ręczników do wycierania rąk w rozm. 30 x 40 cm
- 1 serweta 75 x 90 cm operacyjna nieprzylepna
- 1 fartuch o długości 150 cm i 2 szt. fartuchów o długości 130 cm wzmocnione, zapewniające wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażone w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H2O (część przednia- strefa krytyczna) oraz >179 cm H2O (rękawy - strefa krytyczna). Fartuch złożony jest w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy grupy 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 75 x 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy grupy nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o podział pakietu na dwa odrębne zadania:

1A/ dla wyspecyfikowanych trokarów z pozycji nr 1

1B/ dla pozostałych narzędzi laparoskopowych z pozycji od 2 do 4

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania nożyczek z pozycji nr 2 o długości 33 cm jako równoważnych do wymaganych o długości 31 cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11- dotyczy upoważnienia

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź na zapytanie:

Ofertę musi podpisać osoba uprawniona. Jeżeli ofertę będzie podpisywała osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa winno ono wskazywać zakres umocowania tej osoby, czyli do jakich czynności została upoważniona.

Zgodnie z SIWZ pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa wraz z jego notarialnym poświadczeniem podpisu – rozdział III SIWZ. Zamawiający nie widzi wątpliwości w zakresie wymogów dotyczących złożenia pełnomocnictwa.

Pytanie nr 12- dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy § 4 ust. 12 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu na:

W przypadku zwłoki w załatwieniu zasadnej reklamacji przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 9 lub w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o cztery dni robocze termin określony w ust. 2 Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowym, na obciążenie różnicą Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma również prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego umowy przedmiotu umowy chyba, że skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14- dotyczy § 4 ust. 15 wzoru umowy

„W przypadku zwłoki w należytnym wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki”. Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15- dotyczy y § 4 ust. 17 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16- dotyczy § 4 ust. 19 wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17- dotyczy grupy 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w strefie wzmocnienia 38 g/m<sup>2</sup> (15 g/m<sup>2</sup> PE +23 g/m<sup>2</sup> SPP).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 18- dotyczy grupy 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z nieprzemakalnym wzmocnieniem z przodu i na rękawach?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ .

Pytanie nr 19- dotyczy grupy 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o odporności na przesiąkanie cieczy 125 cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 20- dotyczy grupy 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy grupy 9 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na komplet o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 22- dotyczy grupy 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie zestawu ortopedycznego, tak jak obecnie dostarczany, ma zawierać wewnątrz graficzną instrukcję obsługi?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.

Pytanie nr 23- dotyczy grupy 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny o chłonności 35ml/100cm<sup>2</sup>. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza serwetę ochronną na stół operacyjny o chłonności 35ml/100cm<sup>2</sup>, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 2 Poz. 4

Pytanie nr 24- dotyczy grupy 9 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów klejonych w miejscach łączenia materiału, co zapewnia szczelność na całej powierzchni łączenia dzięki czemu zwiększa barierowość fartucha.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 9 Poz. 1-2

Pytanie nr 25- dotyczy grupy 9 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, tj. umożliwiających wyższy komfort podczas pracy użytkownika przy zachowaniu wysokiej barierowości, z rękawami zakończonymi poliestrowymi, niepalącymi mankietami. Opakowanie zaopatrzone w min. 3 etykiety z numerem serii, nazwą producenta, numerem katalogowym i datą ważności.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 26- dotyczy grupy 9 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający w kolumnie „Minimalne parametry”

podając „Włóknina pełnobarierowa” miał na myśli ewentualne wzmocnienie fartucha, gdyż wyraźnie rozdzielił na pozycje fartuch standardowy i wzmocniony.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27- dotyczy grupy 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych (wzmocnienie po lewej stronie, umocowane na całej powierzchni obwodu wzmocnienia), o odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 110cmH<sub>2</sub>O, tj. o wartości, która zgodnie z normą potwierdza, że dana włóknina jest pełnobarierowa. Wymogi normy EN13795 dla wysokiej wydajności w obszarze krytycznym wynoszą  $\geq 100\text{cmH}_2\text{O}$ , czyli wszystko co ma wyższą wartość jest pełnobarierowe. Rozmiary: S/M (115cm), L (120cm), XL (140cm).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 28- dotyczy grupy 9 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M (115cm), L (120cm), XL (140cm), XLL (150cm).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również fartuchy o proponowanych rozmiarach, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 9 Poz. 2

Pytanie nr 29- dotyczy grupy 9 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych jednorazowych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, tj. :  
Bluza z 3 kieszeniami

Spodnie

Długość (cm)	Obwód kl.piersiowej	Rozmiar
70	49	XS
70	52	S
72	55	M
75	57	L
79	63	XL

Długość (cm)	Rozmiar
103	XS
104	S
105	M
109	L
110	XL

wykonanych z przepuszczającej powietrze, wytrzymałej włókniny SMMMS, która dzięki swojej wielowarstwowości jest nieprzeźroczysta, o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, dzięki czemu są lżejsze, miękkie i dobrze się układają.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 30- dotyczy grupy 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym swobodne manewrowanie, bezprzewodowej, ładowanej indukcyjnie, zapewniającej minimum 120min. pracy ciągłej po pełnym naładowaniu, posiadającej nowoczesną baterię litowo-jonową, spełniającą wymogi Dyrektywy 93/42/EEC. Ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 4,8cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 31- dotyczy grupy 11 poz. 2,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wymiennych do wyżej opisanej strzygarki o całkowitej szerokości 48mm, szerokości cięcia 31,5mm, umożliwiających wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 32- dotyczy grupy 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wymiennych do wyżej opisanej strzygarki o całkowitej szerokości 48mm, szerokości cięcia 31,5mm, umożliwiających wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 33- dotyczy grupy 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładowarki do strzygarki z nieruchomą głowicą (opisanej w pytaniu powyżej).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 34- dotyczy grupy 11 poz. 1

Ze względu na brak w SIWZ opisu dotyczącego sposobu dezynfekcji strzygarki zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania strzygarki z ładowaniem indukcyjnym tzn. bezkontaktowym,

umożliwiającym swobodne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym w klasie IPX7 oznaczonej na produkcie (do 1 metra).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 35- dotyczy grupy 9, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełno barierowy o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, o odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie 203,3 H<sub>2</sub>O, fartuch sterylne, wzmocnienie po prawej stronie fartucha. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny o odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie 203,3 cm H<sub>2</sub>O, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 9 Poz. 1

Pytanie nr 36- dotyczy grupy 9, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełno barierowy o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> - pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 37- dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będzie uważał dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 38- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była ponad dwa razy wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 40- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 41- dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony dopuszczają zmianę cen, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej



zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 42- dotyczy grupy 9 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów ubrań wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Dzięki niższej niż opisywana przez Zamawiającego gramaturze, materiał jest lżejszy, lepiej oddycha, jest miłszy w dotyku a jednocześnie jest całkowicie nieprzezroczysty (vide: załączona fotografia).



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza fartucha o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

Pytanie nr 43- dotyczy grupy 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, posiadającego wzmocnienia o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 215cm H<sub>2</sub>O, posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci wszytki na fartuchu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ z zastrzeżeniem, że dopuszcza produkt spełniający parametr odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 215cm H<sub>2</sub>O.

Pytanie nr 44,- dotyczy grupy 9, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci wszytki na fartuchu. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 45- dotyczy grupy 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość) o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 138 cm H<sub>2</sub>O, BI=6. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ z zastrzeżeniem, że dopuszcza produkt spełniający parametr odporności na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 215cm H<sub>2</sub>O.

Pytanie nr 46- dotyczy grupy 9

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 47- dotyczy grupy 9

*Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści ubranka chirurgiczne wykonane z trójwarstwowej nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 48- dotyczy grupy 7, Pozycja 6

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów z perforacją co 50cm?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. – Załącznik nr 1 do SIWZ dla grupy 7 Poz. 6

Pytanie nr 49- dotyczy grupy 8

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone są w klej hypoalergiczny kauczukowy?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 50- dotyczy grupy 9, Pozycja 1

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego o odporności na przesiekanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 165cm H2O, oraz umocowaniu wzmocnienia po obwodzie – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?*

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ z zastrzeżeniem, że dopuszcza produkt spełniający parametr odporności na przesiekanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 165 cm H2O.

**Zamawiający**