

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU:

ZADANIE 1:

Mikroskopy – Mikroskop do badań histopatologicznych

Zamawiana ilość - 1 (jeden) kpl.

Kod CPV 38.51.00.00-3

II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

1	Nazwa urzędu	
---	--------------	--

2	Typ urzędu	
---	------------	--

3	Producent	
---	-----------	--

4.Wymóg formalny:

Dopuszczenie do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 roku (załączyć kopię dokumentów dopuszczających).

	Nazwa dokumentu dopuszczającego (wyszczególnić dokumenty dopuszczające)		data ważności dopuszczenia	
	Dokumenty załączono w ofercie na stronach: (wypisać numery lub zakres stron)			

5.Cena zakupu:

1	Cena zakupu w PLN – brutto/wartość	WPISAC
---	------------------------------------	--------

6. Serwis i gwarancja:

L.P	OPIS PARAMETRU	PARAMETRY OFEROWANE (podać, należy opisać)
1	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski <i>wpisać TAK / NIE</i>	
2	Długość udzielanej gwarancji minimum 24 <i>podać ilość miesięcy</i>	
3	gwarancja produkcji części zamiennych [ilość lat] min 10.	
4	Ilość przeglądów okresowych w okresie gwarancji nie mniej niż 1 x w roku (podać ilość) w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji	

7. Wzory techniczne wymagane przez użytkownika.

Lp	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane (podać, należy opisać)
1.	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętkami regulacji siły światła, przesuwu preparatów	Tak	
2.	Współosiowa (z obu stron statywu) śruba mikro/makro do ustawiania ostrości z wbudowanym regulatorem siły nacisku dla śruby makro	Tak	
3.	Układ blokady aktualnej wysokości stolika	Tak	
4.	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności	Tak	
5.	Długość optyczna obiektywów 45 mm	Tak	
6.	Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W z wyskalowanym pokrętkiem regulacji oświetlenia	Tak	
7.	Oświetlacz w spodniej części statywu, brak dostępu niepożądanym osobom do wyjęcia żarówki (dostęp do żarówki bez konieczności wymontowywania elementów bazy mikroskopu)	Tak	

8.	Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową kondensora	Tak	
9.	Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów, pochylony do tyłu	Tak	
10.	Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188mm x 134 mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu	Tak	
11.	Uchwyt na dwa preparaty, z przesuwem w osiach X i Y umożliwiający obserwację całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych. Zakres przesuwu co najmniej 76 mm na 50 mm	Tak	
12.	Tubus binokularny o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm	Tak	
13.	Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii	Tak	
14.	Okulary szerokopolewe ze zwijanymi / rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola co najmniej 20	Tak	

15.	Filtr światła dziennego	Tak	
16.	Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach / aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD): • 4x/0,10, WD 18,5 mm, • 10x/0,25, WD 10,6 mm • 20x/0,40, WD 1,2 mm • 40x/0,65, WD 0,6 mm	Tak	
17.	Wypożyczenie uzupełniające: kabel zasilający, 2 lampy halogenowe 30W, plastikowy pokrowiec ochronny, syntetyczny olejek immersyjny pojemnik min. 8cc.	Tak	
18.	Dwustanowiskowa nasadka obserwacyjna, zawierająca wskaźnik, zasilacz 220V	Tak	
19.	Szkolenie – minimum 2 osoby personelu medycznego Zamawiającego	Tak	

UWAGA !!!

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia materiałów potwierdzających zaoferowane parametry i konfigurację przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty). Wymienione dokumenty mogą być załączone w języku angielskim

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy.