

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***Załącznik nr 1 do SIWZ*

<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Wymagania graniczne</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Zapotrzebowanie na 24 m-cy</i>
Rejestrator danych	Rejestrator danych do sterylizatorów parowych. Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 i ISO 11140-3) - codziennego testu penetracji pary. Funkcja „wczesnego ostrzegania. Użycie 400-krotne. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. 3 czujniki temperatury, 1 czujnik ciśnienia. Certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą referencyjną EN ISO 11140-4. Wynik testu Bowie-Dick'a widoczny bezpośrednio po procesie testowym na rejestratorze. Parametry pracy widoczne na wykresie na monitorze rejestratora	sztuka	6