



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.052/36-55-352 fax. 052/36-55-752

Nr sprawy: NZZ/48/P/08

Bydgoszcz dnia 27.10.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadanym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie

Załącznik nr 1 Zadanie nr 16

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem Autodiagnostyka ssaka – sprawdzenie wszystkich krytycznych dla jego prawidłowego działania parametrów.

- zablokowanie przepływu
- efektywne podciśnienie
- maksymalne osiągalne podciśnienie
- nieszczelność

Odpowiedź

Oznacza wg Zamawiającego, że urządzenie powinno być wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie testu w zakresie diagnostyki parametrów krytycznych dla jego prawidłowego działania tj. co najmniej wyszczególnionych:

- zablokowanie przepływu – czy jest zablokowany lub zatkany przepływ,
- efektywne podciśnienie – czy urządzenie osiąga ustawiony nastawą zakres podciśnienia,
- maksymalne osiągalne podciśnienie – czy osiąga maksymalne przewidziane dla pracy tego urządzenia podciśnienie,
- nieszczelność – czy w układzie nie ma nieszczelności wpływających na pracę urządzenia.

Zamawiający