



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-135, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-752

ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

Bydgoszcz, dnia 29.12.2016 r.

NZZ/76/P/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 –

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 5 zestawu do drenażu klatki piersiowej, zawierającego komorę zastawki bezpieczeństwa (zastawki wodnej), komorę kontroli ciśnienia ssania, komory na wydzielinę o pojemności 2300 ml. Komory zestawu o zwartej budowie, odporne na stłuczenia, przezroczyste. Sterylne, jednorazowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 –

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 13 zestawu do godzinowej zbiórki moczu posiadającego zbiornik pomiarowy o pojemności 500 ml wyskalowany od 1 ml w zakresie od 0 – 20 ml; co 5 ml od 20 – 110 ml; co 10 ml od 110 – 140 ml; co 20 ml od 140 – 200 ml; co 25 ml od 200 – 500 ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3 –

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 18 zestawów do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego-zewnątrzoponowego z igłą Pencil Point 27G x 128 mm oraz cewnikiem cewnik 20Gx100 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 –

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 24 zestawu z dwuświatłowymi cewnikami z ramionami prostymi lub zagiętymi wykonanymi z biokompatybilnego poliuretanu z zaciskami, do terapii nerkozastępczej, z igłą introduktora, rozszerzadłem naczynia, przewodnikiem J, koreczkami, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiary 11F/15cm, 11F/20cm, 12F/15 cm, 12F/20 cm, 12F/24 cm, 14F/15cm, 14F/20 cm, 14F/24cm. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 –

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 31 igieł podpajęczynówkowych Pencil Point pakowanych z przewodnicą w rozmiarach: G25 – 90mm, G25 – 100mm, G27 – 90mm, G27 – 100mm; pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 –

Grupa 24 - Dwuświatłowy cewnik do terapii nerkozastępczej, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15 cm(nr kat. EF- 7613), 20cm(nr kat. EF- 7713), 24cm (nr kat. EF- 7813) i/lub cewnik dwuświatłowy 14 Fr o długości 15cm(nr kat. EF- 8613), 20cm(nr kat. 8713), 24cm(nr kat. EF-8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znacznica przewodnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 –

Pakiet nr 25

Poz. 8-9

Prosimy o dopuszczenie myjek wykonanych z miękkiej włókniny oraz warstwy folii.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zadanie 25 posiada tylko jeden pakiet (jedną pozycję).

Pytanie nr 8 –

Pakiet nr 25

Poz. 8-9

Prosimy o możliwość zaoferowania myjek w rozmiarze 16-16,5 x 22-23cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza wyrób w rozmiarze 16-16,5 x 22-23 cm w grupie 25 poz. 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zadanie 25 posiada tylko jeden pakiet (jedną pozycję).

Pytanie nr 9 –

Grupa 24 pozycja 1 termin składania ofert 16.01.2017

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjne.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 25 poz.1 myjki o wymiarowaniu 15x23cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza wyrób w rozmiarze 15x23 cm.

Pytanie nr 11 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia w ramach grupy nr 25 poz.1, że myjka nie jest sklasyfikowana jako wyrób medyczny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego (oferowany produkt ma kontakt z pacjentem)

Pytanie nr 12 –

Grupa 17

Czy Zamawiający z grupie 17 dopuści strzykawkę do utraty techniki oporu wykonaną z polipropylenu z końcówką luer-slip o pojemności 10ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 13 –

Grupa 18

Czy Zamawiający w grupie 18 dopuści zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego–zewnątrzoponowego – zawierający strzykawkę niskoporową LOR 10 ml, igłę Tuohy 18Gx80mm z tzw. „back-eye”, skrzydełkami oraz podziałką, igłę Pencil-Point 27Gx118 mm z przewodnicą, cewnik 20Gx90 cm, nieprzezroczysty dla promieni RTG z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, płaski filtr 0,2µm, łącznik zaciskowy, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 –

Grupa 32

Czy Zamawiający w grupie 32 pozycji 1 dopuści wkłucie centralne jednoświatłowe 14G długość 25 cm, z prostą prowadnicą, igłą do nakłucia, strzykawką 5 ml, rozszerzaczem i drenem przedłużającym zakończonym kranikiem trójdrożnym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 –

Czy Zamawiający w grupie 32 pozycji 2 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 7 (Fr) 16/16Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, przewód typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydelka mocujące?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 –

Czy Zamawiający w grupie 32 pozycji 3 dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 8 (Fr) 14/14Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, przewód typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydelka mocujące?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 –

Czy Zamawiający w grupie 24 pozycji 4 dopuści cewnik trójświatłowy do wkłucia centralnego, wysokoprzepływowego, hydrofilny 12F/20cm (16, 12, 11 G). Skład zestawu: Igła wprowadzająca 1,1x1,4 mm długość 70mm, rozszerzadło, przewódki typu J, cewnik, skalpel?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że grupa 24 - Dwuświatłowy cewnik do terapii nerkozastępczej zawiera tylko jedną pozycję.

Pytanie nr 18 –

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Prosimy o dostosowanie treści oświadczenia zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z terminem określonym w SIWZ.

Pytanie nr 19 –

Dotyczy JEDZ

Prosimy o potwierdzenie czy w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dotyczącej kryterium kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie określa ograniczeń w zakresie wypełnienia formularza JEDZ.

Pytanie nr 20 –

Dotyczy Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 21 –

Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 –

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9 a) – załącznik nr 3 do SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ilości oraz wymiany towaru na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji.

Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 –

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 13 – załącznik nr 3 do SIWZ

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informacje, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 16. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust.13 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 4 ust. 16.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 –

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 16 – załącznik nr 3 do SIWZ

W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 –

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 18 – załącznik nr 3 do SIWZ

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnoskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 –

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 18 – załącznik nr 3 do SIWZ

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane w kwocie 10% **od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy, a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 –

Grupa nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły podpajęczynówkowej typu Pencil Point pakowana z prowadnicą bez pryzmatu, o rozmiarach: 25G/90mm, 25G/120mm, 27G/90mm i 27G/120mm?

Obecne parametry nie pozwalają nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanej przez Państwa grupy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 –

Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą długości 180 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 –

Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o mniejszych oporach przepływu wynoszących max. 0,09 cm H2O przy 10l/min?


Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 –

Dotyczy Zadania nr 14

Prosimy o dopuszczenie jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”. Układ oddechowy jednorazowy, bez zawartości DEHP. Obwód z możliwością stosowania 7 dni, pod warunkiem wymiany filtra, potwierdzone oświadczeniem producenta. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne ogrzewanie i nawilżanie powietrza wdychanego przez pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku długich operacji), a w przeciwieństwie do tych opisanych w SIWZ, nie powoduje kondensacji wilgoci na wewnętrznej membranie. Układ spełniający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 –

Dotyczy Zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z medycznego polichlorku winylu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza maski tlenowe wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV (polichlorku winylu), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 32 –

Czy Zamawiający w grupie 18 dopuści zestawy do kombinowanego regionalnego znieczulenia podpajęczynówkowego – zewnątrzoponowego zawierające:

- strzykawkę niskooporową LOR z końcówką luer slip 10 ml;
- igłę Tuohy 18G, której budowa umożliwia wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie oznaczonym w milimetrach na uchwycie igły, skalowaną co 10 mm z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”;
- igłę podpajęczynówkową (Pencil Point) 27G x 136 mm z otworem bocznym oraz uchwytem umożliwiającym obrót igłą o 360 stopni mimo ufixowania jej w igłę Tuohy;
- cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości;
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm;
- łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 33 –

Pakiet 20

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy, w kompatybilne z oferowanym systemem kanistry (pasujące do mocowników będących na wyposażeniu szpitala)? System nasz charakteryzuje się:

- wkładami jednorazowymi na wydzielinę, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do próżni (różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów),
- dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne;
- filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zanieczyszczeniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania
- substancja żelująca w środku wkładu
- Pojemność 1l. lub 2l.
- zbiorniki do wkładów (o pojemności 1l. lub 2l.) wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC), ze zintegrowanym zaczepem do mocowania na standardowej szynie, bez żadnych przyłączy.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej **technologii antybakteryjnej**, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 kompatybilnej nasadki zwężanej – łącznik do portu próżni.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 –

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści myjki podfoliowane wykonane z włókniny poliestrowej, o wymiarach 17x24 cm, gramatura 50g/m² ?

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 –

Grupa 33, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stabilizatorów jednoczęściowych spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 –

Grupa 33, Pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stabilizatorów / opasek z tolerancją rozmiaru +/- 10%?

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 –

Grupa 33, Pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Zwiększy to znacznie konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 –

Dotyczy SIWZ, pkt 2., Grupa 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości środków finansowych na koncie w zakresie grupy 33 do kwoty 80.000zł? Taka wysokość środków finansowych na koncie zapewni Wykonawcy zdolność do wywiązania się z umowy przetargowej.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 –

GRUPA NR 25

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania myjek do mycia chorych nie będących wyrobami medycznymi, czyli objętych 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu medycznego (oferowany produkt ma kontakt z pacjentem)

Pytanie nr 40 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki do mycia chorych w rozmiarze ok. 15,5x23,5cm – pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41 –

Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy §4 pkt.13, 15, 15a dotyczących wysokości kary umownej naliczanej Wykonawcy przez Zamawiającego do poziomu 0,2% oraz w przypadku §4 pkt.13 – do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 –

Dotyczy: załącznika nr 3 do SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 16, 20

16. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.**

20. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości **10% niezrealizowanej części** wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.

Odpowiedź na zapytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 –

Dotyczy: załącznika nr 3A Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W Załączniku do odpowiedzi projekt zaproponowanej umowy udostępnienia.

Pytanie nr 44 –

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 15, 16, 18

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.**

18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości **10 % niezrealizowanej części** wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 –

Dotyczy grupa 25

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje myjki nasączonej mydłem dermatologicznym?

Odpowiedź na zapytanie:

Nie, Zamawiający nie oczekuje powyższego wymogu.

Pytanie nr 46 –

Dotyczy grupa 25

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie higienicznej myjki jednorazowej o wymiarach: 16,5 cm x 24,5 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 47 –

Dotyczy grupy 25, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 16x22,5cm? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ..

Pytanie nr 48 –

Dotyczy grupy 25, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę myjek za pełne op. a`50szt. tj. 4000op. wraz ze zmianą jednostki miary? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej ceny zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 49 –

Dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak.

Pytanie nr 50 –

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 16 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 17 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była wielokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego; naruszałoby to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 –

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 –

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 20 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 –

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający mógłby dodać do formularza oferty punkt dotyczący dodatkowego kryterium dla grupy 25 jakim jest określenie gramatury oferowanych wyrobów? Umożliwi to Zamawiającemu właściwą ocenę złożonych ofert.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje podania w załączniku nr 1 – Przedmiot Zamówienia / Szczegółowy Formularz Cenowy, w rubryce 3 „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” podania oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia W TYM podania oferowanej gramatury, będącej kryterium oceny.

Pytanie nr 54 –

Grupa 39 - czy zamawiający wymaga by dren opisany w grupie 39 był niepirogenny?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak.

Pytanie nr 55 –

Grupa 39 - czy zamawiający wymaga by na opakowaniu produktu znajdowały się następujące informacje:

- brak substancji pirogennych,
- produkt sterylny,
- sterylizowany tlenkiem etylenu, nie nadający się do ponownej sterylizacji,
- produkt jednorazowy,
- nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone,
- termin przydatności produktu do zastosowania.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 56 –

dotyczy § 3 ust. 6

Pytanie o odstąpienie od zakazu dzielenia dostaw poprzez usunięcie w/w zapisu oraz §3 ust 16a.

Pozostawienie tych zapisów w obecnej postaci, w połączeniu z §3 ust. 16 a skutkuje tym, że Wykonawca płaci karę umowną nawet w sytuacji, gdy posiada zamówiony asortyment (poza np. jedną pozycją z zamówienia) i mógłby go Zamawiającemu dostarczyć.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 –

dotyczy § 4 ust. 13

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 13 wzoru umowy w następujący sposób:

„W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub

w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9 Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub wadliwego przedmiotu umowy, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.”.

Obwarowanie niniejszego naruszenia dodatkowo karą umowną w wysokości 5% wartości niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy wprowadza podwójną sankcję za to samo naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 –

dotyczy § 4 ust. 16

Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w §4 ust. 16 do wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Przy pozostawieniu kary na obecnym poziomie można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy stronami, Zamawiający w przypadku opóźnienia w dokonaniu odbioru płaci jedynie 0,2% wartości brutto sprzętu nie odebranego.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 –

dotyczy § 4 ust. 20

Prosimy Zamawiającego o ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 –

dotyczy § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 1 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 –

dotyczy § 6 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 –

dotyczy § 6 ust. 4

Prosimy o wykreślenie ww. zapisu.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 –

dotyczy § 7 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania pkt. a) poprzez dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie wartość brutto umowy, wartość netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 –

Grupa 14


Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy dwuświatłowy, współosiowy, rura w rurze o długości 180cm z dodatkową gałęzią o długości 150cm ; średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm. Pasujący złączem do aparatów do znieczulania. Z kolankiem i portem kapno z rurą wydechową o długości min 30 cm? Pragniemy zaznaczyć iż króćce w aparacie wdechowy i wydechowy są oddalone od siebie w odległości kilkunastu cm i jest to długość wystarczająca do podłączenia obwodu do aparatu.

Prosimy o odstąpienie od parametrów: „Wydajność ogrzania powietrza min. 40C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 cm H₂O przy przepływie 10 l/min.”. Prośbę swą motywujemy tym, iż zmierzenie takich parametrów możliwe jest tylko w warunkach laboratoryjnych i nie występuje w rzeczywistej pracy układu oddechowego w szpitalu. Wydajność ogrzewania pacjenta jest bardzo uzależniona od temperatury otoczenia i wagi pacjenta.

Proponowany przez nas obwód jednorurowy, dwuświatłowy posiada funkcję wymiennika ciepła.

Budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane.

Pozostałe parametry bez zmian.



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 –

Grupa 21

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną anatomicznie ukształtowaną maskę z elastycznego, medycznego PVC (nie zawiera lateksu) z drenem tlenowym (gwiazdkowy) 2,0 m ze standardowymi złączkami, z taśmą mocującą na głowie, blaszką dopasowującą do nosa, z zaworem zwrotnym z rezerwuarem (workiem). Koncentracja tlenu O₂ do 100%. Produkt jednorazowy.



Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie nr 66 –

Dotyczy załącznika nr 1 do siwz:

Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaofferowany sprzęt odpowiada wymogom SIWZ doda w formularzu cenowym kolumnę „Producent oraz numer katalogowy”, która w sposób jednoznaczny określi produkt i pozwoli na jego zweryfikowanie z zapisami siwz i oczekiwaniami Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje podania w załączniku nr 1 – Przedmiot Zamówienia / Szczegółowy Formularz Cenowy, w rubryce 4 „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” podania nazwy producenta i lub nazwy produktu. Wykonawca może podać również numer katalogowy oferowanego produktu.

Pytanie nr 67 –

Dotyczy zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających, katalogów oraz próbek zaofferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaofferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 –

Grupa 13:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne splotywanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź na zapytanie:

Oferowany zestaw musi posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne splotywanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu.

Pytanie nr 69 –

Grupa 13:

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „dren łączący z uchylną zastawką antyzwrotną” Zamawiający oczekuje zestawu wyposażonego w dren z zastawką w łączniku cewnikowym zabezpieczającą przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 70 –

Grupa 15:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają posiadać w oryginalnym opakowaniu producenta strzykawkę pierwotnie wypełnioną 10% roztworem gliceryny, dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga powyższego, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 71 –

Grupa nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby filtr hydrofobowy był niemożliwy do przekłucia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 –

Grupa nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadający komorę precyzyjnego pomiaru wyskalowaną od 1 do 40 ml do 1ml, z cyfrowym oznaczeniem do 5 ml, od 40 do 100 ml co 10 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 –

Grupa nr 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane przezroczystego, nietoksycznego PCV (polichlorek winylu) ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza maski tlenowe wykonane z przezroczystego, nietoksycznego PCV (polichloru winylu), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 74 –

Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o następujących właściwościach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiegając uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika.
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny



Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 –

Grupa 36 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic, które zostały przebadane zgodnie z normą EN 374 pkt. 5.3.2 na co najmniej 2 poziomie odporności na przenikanie podczas badania z użyciem trzech substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A, potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę niezależną?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 –

Grupa 36 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie a'250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza taki sposób wyceny oferty.

Pytanie nr 77 –

Grupa 10 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie układu anestetycznego dla noworodków wykonanego z rury karbowanej (w środku i na zewnątrz) o średnicy 10mm w składzie: Okrężny układ oddechowy dla noworodków wykonany z polietylenu

- z rur karbowanych o średnicy 10mm,
- 2 rury o długości 1,6m,
- zagięty łącznik Y z portem luer,
- dodatkowa gałąź 80cm,
- worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5L z oznakowaniem rozmiaru złącza,
- kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta kodowany kolorystycznie z antypoślizgowymi trapezoidalnymi skrzydełkami oraz pinem umożliwiającym odwieszenie,
- jednorazowy, pakowany indywidualnie w jeden zestaw, mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78 –

Grupa 10 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie anestetycznego obwodu oddechowego dla dzieci o średnicy 15 mm, wykonany z polipropylenu, składający się z dwóch rur o zmiennej regulowanej długości w zakresie 42-200 cm oraz dodatkowej gałęzi o długości 150 cm, worka bezlateksowego 1L, czysty mikrobiologicznie. Rury posiadają niski opór przepływu, lekkie, z pamięcią kształtu

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79 –

Grupa 14

Prosimy o dopuszczenie układu coaxialnego brytyjskiej firmy Intersurgical typu rura w rurze, umożliwiający znieczulanie pacjentów od 5kg po pacjenta dorosłego, bez membrany, długość 1,6 m, worek oddechowy 2l, gałąź dodatkowa rozciągalna 0,4 – 1,5 m. spełniające pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80 –

Grupa 32 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z jednoświatłowym cewnikiem bez igły wprowadzającej V i zawierających odpowiednio ostre rozszerzadło pełniące funkcję skalpela, którego nie ma w zestawie, spełniające pozostałe wymogi zawarte w SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 -

Grupa 32 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dwuświatłowym cewnikiem, wyposażonych w prowadnik z wysokiej jakości stali z końcówką J, bez in-stopera, wyposażony w strzykawkę Raulersona zamiast igły V, bez klipsu mocującego przewód łączący do EKG i możliwości monitorowania położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian wykresu przedsionkowego EKG. ROZMIAR: 7F 16/16 dł. 20 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 –

Grupa 32 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z dwuświatłowym cewnikiem o wysokich przepływach, wyposażonych w prowadnik z wysokiej jakości stali z końcówką J, bez in-stopera, wyposażony w strzykawkę Raulersona zamiast igły V, bez klipsu mocującego przewód łączący do EKG i możliwości monitorowania położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian wykresu przedsionkowego EKG, rozmiar 20 cm / 8 Fr / 14,14 Ga spełniających pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83 –

Grupa 32 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie zestawów do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z trójświatłowym cewnikiem 12 Fr dł. 20cm wyposażonym w powłokę bakteriobójczą Arrow gard z bezpiecznymi koreczkami user hub średnica kanałów 12,12,16 ze strzykawką Raulersona, bez skalpela, którego rolę pełni odpowiednio ostre rozszerzadło, igłą 18 Ga x 2 bez zatyczki mocującej, spełniający pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY