



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/06/P/17

Bydgoszcz, dnia 03.04.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych i chirurgicznych, rękawic medycznych, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień .

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 11

Czy Zamawiający dopuści:

Kaniuła dożylna z portem, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu FEP, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, bez lateksu, PCV, rozmiary:

26G – 0.64 x 19mm; przepływ 19 ml/min

24G – 0.74 x 19mm; przepływ 29 ml/min

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 4

Czy zamawiający wymaga ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, rozmiar wygrawerowany na ostrzu oraz pojedynczym opakowaniu, obrazkiem wizualizującym wszystkie rozmiary na każdym opakowaniu ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, rozmiar wygrawerowany na ostrzu oraz pojedynczym opakowaniu, obrazkiem wizualizującym wszystkie rozmiary na każdym opakowaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 8

Czy zamawiający wymaga worka do dobowej zbiórki moczu, poj. 2 l, z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylny, szczelny, wykonany z PCV?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również worek do dobowej zbiórki moczu, poj. 2 l, z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylny, szczelny, wykonany z PCV.

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 9

Czy zamawiający wymaga wzierników ginekologicznych typu cusco, jednorazowych, sterylnych, w pojedynczych opakowaniach papier-folia zapewniających szczelność i stanowiące gwarancję sterylności, łatwo otwierane ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również proponowany sposób pakowania wzierników.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 10

Czy zamawiający podzieli pakiet na pojedyncze pozycje ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy grupy 10

Czy zamawiający wymaga w poz. 2 strzykawkę Janeta cewnikowa 100ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną

centralnie, z dwiema końcówkami luer do opcjonalnego użycia, czytelną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu., pakowane blister papier-folia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również strzykawkę Janeta cewnikowa 100ml, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z dwiema końcówkami luer do opcjonalnego użycia, czytelną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu., pakowane blister papier-folia?

Pytanie nr 7 - dotyczy grupy 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 120 mm x 30 m.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8 - dotyczy grupy 1 poz. 6

Czy dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™(1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate³⁻ 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy grupy 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy Grupa 40, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek 3 częściowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza również strzykawki 3 częściowe, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy Grupa 40, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku z podziałką co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12 - dotyczy Grupa 40, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku z podziałką co 0,5 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 10, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka była wyposażona w dwa dodatkowe łączniki typu luer, które można wymiennie nałożyć na końcówkę cewnikową strzykawki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek przeznaczonych do pomp strzykawkowych? Jeśli tak bardzo proszę o doprecyzowanie, na jakich pompach strzykawkowych pracuje zamawiający, w celu zapewnienia asortymentu w pełni kompatybilnego ze sprzętem obecnie stosowanym w szpitalu.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający oczekuje strzykawkę przeznaczonych do pomp strzykawkowych. W posiadaniu Zamawiającego są m.in. pompy: Ascor, Kwapisz, Medima.

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnie podciętym tłokiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 50/60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 40, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań handlowych przy zastosowaniu powyższego schematu przeliczeniowego.

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 40, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 80 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 40, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 50 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie nr 22 - dotyczy grupy 40

Proszę o doprecyzowanie, jakich strzykawkę oczekuje zamawiający? Dwu czy trzyczęściowych, luer czy luer-Lock?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zarówno strzykawki dwu lub trzyczęściowe, typu luer lub luer-Lock, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 40, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 40

Proszę o dopuszczenie strzykawkę, których tłok wykonany jest z polietylenu, cylinder z polipropylenu. W przypadku strzykawkę trzyczęściowych substancja lecznicza nimi podawana, nie ma kontaktu z tłokiem strzykawki, gdyż kontakt z lekiem ma polipropylenowy cylinder i bezłatek gumka, którą zakończona jest strzykawka 3 częściowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 41

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorczą po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania

środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie rozmiarów 10-24 oczekuje ostrza 11P.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w zakresie rozmiarów 10-24 oczekuje ostrza 11.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza mają być pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby ostrza były pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta. Na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 11

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem „opakowanie nierozrywane” Zamawiający ma na myśli opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak w przypadku obecnie stosowanego produktu ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 12 Poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem” strzykawka perfuzyjna” Zamawiający rozumie strzykawki do pomp infuzyjnych wyposażone w prostopadłe wycięcie na tłoku gwarantujące stabilne umocowanie strzykawki pompie oraz precyzyjną podaż leku?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający pod pojęciem” strzykawka perfuzyjna” rozumie strzykawki do pomp infuzyjnych wyposażone w prostopadłe wycięcie na tłoku gwarantujące stabilne umocowanie strzykawki pompie oraz precyzyjną podaż leku.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 12 Poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane na cylindrze logo producenta i typ strzykawki, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 12 Poz. 1 i 2:

W związku z faktem, iż każdy producent pompy strzykawkowej określa w menu pompy albo w instrukcji jej użycia rodzaje strzykawek jakie mogą być stosowane w tych pompach, prosimy o podanie producentów posiadanych pomp strzykawkowych oraz ich typów, w celu zaoferowania strzykawek gwarantujących pełną kompatybilność z w/w pompami?

Odpowiedź na zapytanie:

W posiadaniu Zamawiającego są m.in. pompy: Ascor, Kwapisz, Medima.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 12 Poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane strzykawki o pojemności 50 ml mają być wymienione w instrukcji obsługi menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Szpitala?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 40 Poz. 1 -4:

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje strzykawek dwuczęściowych, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zarówno strzykawki dwuczęściowe jak i trzyczęściowe pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 40 Poz. 1 -4:

Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane strzykawki mają posiadać wyraźnie nadrukowaną skalę o długości odpowiadającej dokładnie pojemności nominalnej strzykawki (bez jej rozszerzenia) tj. dla strzykawek o poj. 2ml – do 2ml, dla strzykawek o poj.5ml- do 5ml, dla strzykawek o poj.10ml- do 10ml, dla strzykawek o poj.20ml – do 20ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały widoczną skalę o długości odpowiadającej dokładnie pojemności nominalnej strzykawki (bez jej rozszerzenia) odpowiednio dla poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 35 - dotyczy grupy 40 Poz. 1 -4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych, tak jak obecnie stosowane, których tłok jest wykonany z polietylenu, a cylinder z polipropylenu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również strzykawki dwuczęściowe, których tłok jest wykonany z polietylenu, a cylinder z polipropylenu, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 36 - dotyczy grupy 40 Poz. 1 -4:

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać na cylindrze nadrukowane logo producenta, co pozwala na szybką identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 37 - dotyczy grupy 40 Poz. 1 -4:

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie zbiorcze zaoferowanych strzykawek (max 100szt) z podaniem jego wielkości i przeliczeniem ilości produktu w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4-tego miejsca po przecinku, co pozwoli uniknąć zawyżenia wartości złożonej oferty przetargowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie handlowe liczące 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY zał. nr 1 do SIWZ). W takiej sytuacji należy ustalić cenę jednostkową za 100 sztuk produktu i dokonać właściwego przeliczenia biorąc pod uwagę wymaganą ilość przez Zamawiającego.

Pytanie nr 38 - dotyczy Grupa 40 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki j. uż. z skalą rozszerzoną ? pozostałe parametry bez zmian : 2ml do 2,5 ml; 5 ml – do 6 ml; 10 ml do 12 ml; 20 ml do 24 ml ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 39 - dotyczy Grupa 8 poz 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru 2l dla worka do moczu z zaworem spustowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w grupie 8 wymaga worka do moczu o pojemności 2 litrów z zaworem spustowym

Pytanie nr 40 - dotyczy Grupa 8 poz 1

Czy Zamawiający dopuści worek o poj. 2 L z zaworem spustowym ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w grupie 8 wymaga worka do moczu o pojemności 2 litrów z zaworem spustowym

Pytanie nr 41 - dotyczy Grupa 8 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje worka sterylnego czy niesterylnego ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 42- dotyczy Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 20 ml pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 43 - dotyczy grupy 25

W nazwie przedmiotu zamówienia w wyżej wymienionej Grupie widnieje „Zestaw do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym”, natomiast „Minimalne wymagane parametry” wskazują na stabilizację przeznasadową metodą „otwartą”.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zestawu do stabilizacji przeznasadowej metodą przezskórną czy otwartą?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga zestawu do stabilizacji przeznasadowej metodą otwartą.

Zamawiający