



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

**Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296**

**ISO 27001: 2005**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004**

**PN-N18001:2004**



**SZPITAL  
KREDYTOWANY**



**Fax 52/36-55-752**

NZZ/51/D/17

Bydgoszcz, dnia 18.07.2017 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników do molekularnej diagnostyki chorób alergicznych

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadaniem przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

**Dotyczy:** Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zawierających w 1 teście molekuly alergenowe, ale również ekstrakty, co nie wpływa ani na czas wykonywania, ani na koszt jednostkowy badania?

Dopuszczenie takich testów pozwoli przystąpić do postępowania więcej niż 1 oferentowi według zasad uczciwej konkurencji oraz zwiększy atrakcyjność ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza produkt pod warunkiem, że proponowane testy będzie można odczytać na posiadanym przez Zamawiającego skanerze LuxScan-10KA CapitalBio.

Wymaga się możliwości odczytu mikrochipów o wymiarach 25 x 75 mm.

**Zamawiający**