



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 05.10.2017

**NZZ/67/D/17**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę serwisową urządzeń medycznych

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) w związku z pytaniami zadawanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie na czym według zamawiającego ma polegać przegląd techniczny oprogramowania Endobase zawartego w pakiecie. Według naszej najlepszej wiedzy wspomniane wyposażenie nie stanowi sprzętu medycznego podlegającego przeglądowi, jest wyłącznie programem – oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie obiegiem sprzętu endoskopowego.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wymaga usług serwisowych systemu endobase 2PL z drukarką. Jest to system składający się nie tylko z oprogramowania komputerowego lecz również ze sprzętu. Zamawiający określił wymagania serwisowe jako zgodne z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga aby oferent znał wymogi producenta dotyczące serwisowania przedmiotowych urządzeń.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu pozycji od 12, 18 i 19. Czynność ta pozwoli na uczestnictwo w postępowaniu większej ilości firm specjalizujących się w obsłudze wyłącznie sprzętu endoskopowego co zwiększy konkurencyjność i transparentność przetargu.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o określenie dat ostatnich przeglądów sprzętu wymienionego w pakiecie oraz ilości koniecznych do wykonania przeglądów w trakcie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający w poniższej tabeli zawarł informację dotyczącą daty wykonania następnego przeglądu technicznego dla poszczególnych urządzeń. Zamawiający wymaga wykonania przeglądu technicznego poszczególnych urządzeń przynajmniej raz do roku.

	<b>Nr seryjny</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rok produkcji</b>	<b>Następny przegląd do:</b>
1	2103204	CF-Q165I VIDEOCOLONOSCOPE	2011	31.12.2017
2	2500404	CF-Q165L KOLONOSKOP	2006	02.06.2018
3	2802347	CF-Q165L KOLONOSKOP	2008	31.12.2017
4	2500226	GIF-1TQ160 (OHNE)	2005	31.12.2017
5	2600975	GIF-Q165 GASTROSKOP	2006	10.02.2018
6	2804521	GIF-Q165 Videogastroskop	2008	09.12.2017
7	2107093	GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPE	2011	05.05.2018
8	2500915	TJF-145 VIDEODUODENOSKOP	2005	31.12.2017
9	2802087	TJF-160VR WIDEODUODENOSKOP	2008	31.12.2017
10	7912581	CLE-E HALOGENOWE ZRODLO SWIATL	2004	31.12.2017



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

11	7854152	CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V	2009	31.12.2017
12	1216	Endoskan 2PL z drukarką	2016	31.12.2017
13	7924155	MU-1 ( EMC ) POMPA POWIETRZA	2009	31.12.2017
14	A411631	OEV-203 MONITOR VIDEO 20"	2004	23.02.2018
15	A411867	OEV-203 MONITOR VIDEO 20"	2005	23.02.2018
16	2819514	OFP-1 FLUSHING PUMP, 7501348	2008	23.02.2018
17	2,1E+07	OFP-2 Flushing Pump	2011	23.02.2018
18	1400576	UES-40 DIATERMIA	2004	31.12.2017
19	9824889	A90200A GENERATOR SONOSURG-G2	2009	07.07.2018

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o określenie roku produkcji wszystkich elementów sprzętu w pakiecie.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający w tabeli poniżej określił lata produkcji przedmiotowych urządzeń.

	<b>Nr seryjny</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rok produkcji</b>
1	2103204	CF-Q165I VIDEOCOLONOSCOPE	2011
2	2500404	CF-Q165L KOLONOSKOP	2006
3	2802347	CF-Q165L KOLONOSKOP	2008
4	2500226	GIF-1TQ160 (OHNE)	2005
5	2600975	GIF-Q165 GASTROSKOP	2006
6	2804521	GIF-Q165 Videogastroskop	2008
7	2107093	GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPE	2011
8	2500915	TJF-145 VIDEODUODENOSKOP	2005
9	2802087	TJF-160VR WIDEODUODENOSKOP	2008
10	7912581	CLE-E HALOGENOWE ZRODLO SWIATL	2004
11	7854152	CLK-4 COLDLIGHT SUPPLY 230V	2009
12	1216	Endoskan 2PL z drukarką	2016
13	7924155	MU-1 ( EMC ) POMPA POWIETRZA	2009
14	A411631	OEV-203 MONITOR VIDEO 20"	2004
15	A411867	OEV-203 MONITOR VIDEO 20"	2005
16	2819514	OFP-1 FLUSHING PUMP, 7501348	2008
17	2,1E+07	OFP-2 Flushing Pump	2011
18	1400576	UES-40 DIATERMIA	2004
19	9824889	A90200A GENERATOR SONOSURG-G2	2009



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o informację czy za spełnienie warunku autoryzacji producenta Zamawiający uzna również posiadanie przez serwis wdrożonych procedur zgodnych z normą ISO 123485 w zakresie serwisu sprzętu medycznego. Zgodnie z dzisiejszymi zapisami prawnymi oraz ogólnie przyjętą praktyką wdrożenie w/w procedur stawia serwis na równi z serwisem autoryzowanym. W przypadku decyzji negatywnej prosimy o rzeczowe wyjaśnienie.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający jako autoryzację rozumie upoważnienie producenta urządzeń do świadczenia usług serwisowych w zakresie wymaganym przez zamawiającego. Zamawiający nie uznaje jako autoryzacji posiadania przez serwis wdrożonych procedur zgodnych z normą ISO 123485 w zakresie serwisu sprzętu medycznego.

**Pytanie nr 6:**

dot. projektu umowy §7 ust. 9 i §10 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę stosownych zapisów w/w paragrafów na następujące:

„W razie nie dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający może zapewnić sobie takie urządzenie na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się pokryć koszt korzystania ze sprzętu zastępczego w kwocie nie wyższej niż 300 zł netto dziennie. Zwrot kosztów do kwoty 300 zł netto dziennie nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie pozycji od 14 do 19 formularza przedmiot zamówienia i cenowego tylko przeglądami?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

dot. projektu umowy §7 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w paragrafu na następujący:

„Wykonawca przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia wymienionego w załączniku 1 w terminie 72 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy

**Skreśla się zapis §7 ust. 5**

„Wykonawca przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia wymienionego w załączniku 1 w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”.

**w zamian wprowadza się nowy §7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia wymienionego w załączniku 1 w terminie 72 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”

**Pytanie nr 9:**

dot. projektu umowy §7 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w/w paragrafu na następujący:

„Na czas wszystkich naprawy każdego z aparatów wymienionych w załączniku 1 Zamawiający po zgłoszeniu wadliwej pracy aparatu może otrzymać, w ramach ceny wynikającej z niniejszej umowy, urządzenie zastępcze, o parametrach i zakresie zastosowania nie gorszych niż urządzenie zastępowane, w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ Projekt umowy

**Skreśla się zapis §7 ust. 8**

„Na czas wszystkich naprawy każdego z aparatów wymienionych w załączniku 1 Zamawiający po zgłoszeniu wadliwej pracy aparatu każdorazowo otrzyma, w ramach ceny wynikającej z niniejszej umowy, urządzenie zastępcze, o parametrach i zakresie zastosowania nie gorszych niż urządzenie zastępowane, w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”.



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**w zamian wprowadza się nowy §7 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:**

„Na czas wszystkich naprawy każdego z aparatów wymienionych w załączniku 1 Zamawiający po zgłoszeniu wadliwej pracy aparatu otrzyma na swoje życzenie, w ramach ceny wynikającej z niniejszej umowy, urządzenie zastępcze, o parametrach i zakresie zastosowania nie gorszych niż urządzenie zastępowane, w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem czasu obejmującego dni wolne od pracy)”

**Pytanie nr 10:**

dot. projektu umowy §13 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu do przedstawienia wykazu wszystkich osób wykonujących czynności określone w ust. 1 do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 11:**

dot. projektu umowy §13 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do kwoty 50 zł netto?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Kara musi mieć wymiar adekwatny do warunków ekonomicznych. Wartość kwoty 50 zł nie spełnia tych warunków.

**Pytanie nr 12:**

Proszę o doprecyzowanie czy kwoty kar umownych podane we wzorze umowy są kwotami netto czy brutto? Np. w §7 ust. 9; §10 ust. 3; §13 ust. 2, 4, 5.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Kwoty kar umownych podane w projekcie umowy w §7 ust. 9; §10 ust. 3; §13 ust. 2, 4, 5 są kwotami brutto.

**Zamawiający**