



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 05.08.2019

NZZ/43/D/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sprzedaż, dostawa i montaż kasetonów naściennych

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o przesłanie zdjęcia przykładowego kasetonu z opisu. Czy doprowadzenie elektryki pod kasetony leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie posiada zdjęcia kasetonu zgodnie z opisem podanym w załączniku nr 1 „Przedmiot zamówienia”.
Doprowadzenie elektryki pod kasetony leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca winien w ramach montażu dokonać podłączenia kasetonów.

Pytanie nr 2:

GRUPA nr 2

Kaseton naścienny poziomy dwustanowiskowy – 3szt.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie kasetonu o długości 3200 mm. Proponowana długość jest optymalna dla wyposażenie ujętego w specyfikacji i jest analogiczna do wymagań Zamawiającego w zakresie długości paneli jednostanowiskowych (dł. 1600mm), czyli stanowi jego wielokrotność.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaseton o długości 3200 mm, stanowiącej wielokrotność paneli jednostanowiskowych (może on mieć budowę modułową).

Pytanie nr 3:

GRUPA nr 3

Kaseton naścienny poziomy trzystanowiskowy – 5szt.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie kasetonu o długości 4800 mm. Proponowana długość jest optymalna dla wyposażenie ujętego w specyfikacji i jest analogiczna do wymagań Zamawiającego w zakresie długości paneli jednostanowiskowych (dł. 1600mm), czyli stanowi jego wielokrotność.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaseton o długości 4800 mm, stanowiącej wielokrotność paneli jednostanowiskowych (może on mieć budowę modułową).

Pytanie nr 4:

GRUPA nr 3

Kaseton naścienny poziomy trzystanowiskowy – 5szt.

Pkt. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kasetonów wyposażonych w 3 gniazda telefoniczne RJ45 kategoria VI, po 1 szt. na każde stanowisko?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia kasetonów wyposażonych w 3 gniazda telefoniczne RJ45 kategoria VI, po 1 szt. na każde stanowisko.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 5:

GRUPA nr 5

Kaseton naścienny poziomy dwustanowiskowy rozbudowany – 2szt.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie kasetonu o długości 3200 mm. Proponowana długość jest optymalna dla wyposażenie ujętego w specyfikacji i jest analogiczna do wymagań Zamawiającego w zakresie długości paneli jednostanowiskowych (dł. 1600mm), czyli stanowi jego wielokrotność.

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaseton o długości 3200 mm, stanowiącej wielokrotność paneli jednostanowiskowych (może on mieć budowę modułową).

Pytanie nr 6:

GRUPA nr 5

Kaseton naścienny poziomy dwustanowiskowy rozbudowany – 2szt.

Pkt. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kasetonów wyposażonych w gniazda telefoniczne RJ45 kategoria VI? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości dla kasetonu dwustanowiskowego.

Odpowiedź na zapytanie:

Nie, Zamawiający nie przewiduje gniazd RJ45 do celów telefonicznych.

Pytanie nr 7:

GRUPA nr 6

Kaseton naścienny poziomy trzystanowiskowy rozbudowany – 1szt.

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie kasetonu o długości 4800 mm. Proponowana długość jest optymalna dla wyposażenie ujętego w specyfikacji i jest analogiczna do wymagań Zamawiającego w zakresie długości paneli jednostanowiskowych (dł. 1600mm), czyli stanowi jego

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający dopuszcza kaseton o długości 4800 mm, stanowiącej wielokrotność paneli jednostanowiskowych (może on mieć budowę modułową).

Pytanie nr 8:

GRUPA nr 6

Kaseton naścienny poziomy trzystanowiskowy rozbudowany – 1szt.

Pkt. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kasetonów wyposażonych w 3 gniazda telefoniczne RJ45 kategoria VI, po 1 szt. na każde stanowisko?

Odpowiedź na zapytanie:

Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia kasetonów wyposażonych w 3 gniazda telefoniczne RJ45 kategoria VI, po 1 szt. na każde stanowisko.

Zamawiający