



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/03/P/10

Bydgoszcz, dnia 08.04.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalno-biodrowych do wewnątrznaczyńniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych
(nr sprawy NZZ/03/P/10)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Grupa 3

Czy zamawiający dopuści Stentgraft z fiksacją nadnerkową bez elementów kotwiczących w ścianie aorty o budowie wielomodułowej, wykonany z koron nitinolowych, pokrytych poliestrem. Bezkosztowy system wprowadzający umożliwiający dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu. W standardzie dostępne są przedłużki aortalne i biodrowe, proste i temperowane. Zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci rozszerzającej się korony wystającej powyżej brzegu tkaniny na 15 mm; obecna dodatkowa korona z drutu o mniejszej średnicy, dociskająca brzeg stentgraftu do ścian aorty. Obecność markerów na brzegach pokrycia stentgraftu. Część aortalna i nogawka stanowią jedną całość. Średnica części aortalnej od 24 do 36 mm, średnica części biodrowej od 8 do 24 mm. Cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz prowadniki niezbędne do implantacji w zestawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający