



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-495, Fax. 52/36-55-752

NZZ/46/P/10

Bydgoszcz, dnia 18.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nr sprawy NZZ/46/P/10.**

Wykonawca

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Dotyczy Zadania nr 06 – myjnia automatyczna do sprzętu endoskopowego

Pytanie 1

Prosimy o podanie typu i producenta endoskopów posiadanych przez Zamawiającego jakie mają być myte i dezynfekowane w wymaganym urządzeniu.

Odpowiedź

Wszystkie typy endoskopów następujących firm: FUJINON, OLYMPUS, PENTAX.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie spełniające wymagania SIWZ o zasilaniu elektrycznym z sieci 400V ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 3.1 SIWZ

W związku z tym, iż przedmiot zamówienia określony w zadaniu nr 8 oraz w zadaniu nr 18 nie podlega rygorom ustawy o wyrobach medycznych czy Zamawiający za spełnienie warunku określonego w pkt. 3.1 SIWZ uzna załączenie do oferty Certyfikatu ISO producenta oraz Atestu Higienicznego.

Odpowiedź

W przypadku zadania 8 i 18 Zamawiający nie żąda dokumentu w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Dla zadania 8 i 18 należy załączyć dokumenty wymienione w SIWZ pkt. 3.1 wymagane dla tych zadań.

Zamawiający