



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-495, Fax. 52/36-55-752

NZZ/46/P/10

Bydgoszcz, dnia 29.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nr sprawy NZZ/46/P/10.**

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Zadanie nr 18

Stolik do instrumentowania typ I

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania z regulacją wysokości w zakresie od 92 cm do 137 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania o wymiarach blatu: długość 64 cm oraz szerokości 45 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Stolik do instrumentowania typ II

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania z regulacją wysokości w zakresie od 92 cm do 137 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania o wymiarach blatu: długość 64 cm oraz szerokości 45 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Stolik do instrumentowania typ III

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania z regulacją wysokości w zakresie od 92 cm do 137 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania o wymiarach blatu: długość 64 cm oraz szerokości 45 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Stolik do instrumentowania typ IV

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania z regulacją wysokości w zakresie od 92 cm do 137 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentowania o wymiarach blatu: długość 64 cm oraz szerokości 45 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pakiet nr 2

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie nastaw nie gorszym niż 0,1 – 99,9 ml/h ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający