



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/04/D/11

Bydgoszcz, dnia 10.01.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do chłodzenia ciała noworodka.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 do specyfikacji istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych – „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika” do poz. nr 4

Wykonawca prosi o dopuszczenie zakresu nastawienia temperatury w granicach od 12 °C do 39 °C.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 do specyfikacji istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych – „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika” do poz. nr 5

Wykonawca prosi o dopuszczenie kontroli temperatury ciała noworodka w granicach od 10 °C do 41 °C.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 do specyfikacji istotnych warunków techniczno-eksploatacyjnych – „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika” do poz. nr 10

Wykonawca prosi o odstąpienie od wymogu „Urządzenie wyposażone w opcję zatrzymania przepływu chłodzącego/ogrzewającego”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również urządzenie nie wyposażone w opcję zatrzymania przepływu chłodzącego/ogrzewającego.

Zamawiający