



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/04/D/11

Bydgoszcz, dnia 11.01.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do chłodzenia ciała noworodka.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 do pkt. 4 opisu parametrów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem nastawiania temperatury od 4°C – 42°C?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 do pkt. 5 opisu parametrów

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością kontroli temperatury ciała w granicach 30°C - 40°C. Zakres ten spełnia wszelkie wymogi medyczne i kliniczne w leczeniu noworodków z objawami encefalopatii.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 do pkt. 13 opisu parametrów

Czy Zamawiający dopuści mobilne urządzenie o wadze 54,9 kg?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający