



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/13/P/11

Bydgoszcz, dnia 08.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do implantacji kręgosłupa, nr sprawy NZZ/13/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy zadania nr 3 – Stabilizacja szyjna międzytrzonowa przednia z syntetycznym wypełnieniem dopasowanym kształtem do wnętrza implantu do odcinka szyjnego kręgosłupa.

Zapytanie 1

Czy zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

- Wsuwane klatki szyjne z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym;
- Zwiększona odporność na urazy mechaniczne;
- Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzony kręgu;
- Obecność znaczników radiologicznych;
- Wysokość 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm;
- Szerokość standardowa i mała;
- Zwiększona ilość ząbków blokujących implant w przestrzeni międzytrzonowej (nie mniej niż 8 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej);
- W ścianach bocznych otwory ułatwiające lepszy przyrost kostny;
- Implant typu: Stand alone;
- Materiał: PEEK OPTIMA.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązania.

Zamawiający