



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-495, Fax. (52) 36-55-752

NZZ/20/D/11

Bydgoszcz, dnia 11.03.2011 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nr sprawy NZZ/20/D/11.**

**Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

**Dotyczy: Zadanie nr 4: Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta – 3 kpl.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz materaca, który nie wyświetla parametru: czas używania ? Oferowane urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej i nie posiada żadnych elementów zużywalnych, które podlegałyby okresowej wymianie zatem ww. parametr jest nieprzydatny w oferowanym urządzeniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zasilacz materaca bez wyświetlania czasu używania, w przypadku urządzenia nie posiadającego elementów, których przegląd techniczny lub wymiana zależy od czasu rzeczywistej pracy aparatu.

**Dotyczy: Zadanie nr 8: Materac grzewczy – 2 kpl.**

**Pytanie 2**

Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiast materaca pediatrycznego – pediatryczny koc grzewczy, który może być używany jako materac ogrzewając pacjenta od spodu o wymiarach: 68 x 45 cm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz materaca, który nie wyświetla parametru: czas używania ? Oferowane urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej i nie posiada żadnych elementów zużywalnych, które podlegałyby okresowej wymianie zatem ww. parametr jest nieprzydatny w oferowanym urządzeniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zasilacz materaca bez wyświetlania czasu używania, w przypadku urządzenia nie posiadającego elementów, których przegląd techniczny lub wymiana zależy od czasu rzeczywistej pracy aparatu.

**Dotyczy: pytań dotyczących zmiany zapisów umowy stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odnośnie postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Znak sprawy NZZ/20/D/11.**

**Pytanie 4: Paragraf 3 ustęp 10 dla zadania nr 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru lub dostarczenia w miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad, w razie ujawnienia się wad w okresie 24 miesięcy /dla zadania nr 5 / liczonych od dnia dokonania należytej instalacji i

uruchomienia Towaru.”

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 5: Paragraf 3 ustęp 13 lit. a dla zadania nr 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo: po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5 % wartości zadania określonej w formularzu oferty.”

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 6: Paragraf 4 ustęp 1 dla zadania nr 5**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesiące. /dla zadania nr 5 /.”

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Dotyczy: Zadanie nr 4: Konwekcyjny ogrzewacz pacjenta – 3 kpl.**

**Pytanie 7**

Punkt 2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z materacem o wymiarach 92x50cm ? Parametr ten nie mieści się w wymaganym zakresie, jednak jest parametrem nie pogarszającym właściwości urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 8**

Punkt 7 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatury w zakresie 35 do 39 stopni C ? Parametr zawarty w SIWZ wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia zaoferowanie urządzenia innych producentów.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 9**

Punkt 8 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu za niskiej temperatury ? W przypadku urządzeń ogrzewających istotnym alarmem jest alarm o za wysokiej temperatury.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 10**

Punkt 9 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlania czasu używania? Nowoczesne systemy do ogrzewania ciała pacjenta są przystosowane do długotrwałej i ciągłej pracy. Brak tego alarmu nie wpływa w żaden sposób na właściwości urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zasilacz materaca bez wyświetlania czasu używania, w przypadku urządzenia nie posiadającego elementów, których przegląd techniczny lub wymiana zależy od czasu rzeczywistej pracy aparatu.

**Dotyczy: Zadanie nr 8 – Materac grzewczy 2 kpl.**

**Pytanie 11**

Punkt 2 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z materacem o wymiarach 92x50cm? Parametr ten nie mieści się w wymaganym zakresie, jednak jest parametrem nie pogarszającym właściwości urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 12**

Punkt 8 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatury w zakresie 35 do 39 stopni C ? Parametr zawarty w

SIWZ wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia zaoferowanie urządzenia innych producentów.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 13**

Punkt 9 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu za niskiej temperatury ? W przypadku urządzeń ogrzewających istotnym alarmem jest alarm o za wysokiej temperatury.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 14**

Punkt 10 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wyświetlania czasu używania ? Nowoczesne systemy do ogrzewania ciała pacjenta są przystosowane do długotrwałej i ciągłej pracy. Brak tego alarmu nie wpływa w żaden sposób na właściwości urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zasilacz materaca bez wyświetlania czasu używania, w przypadku urządzenia nie posiadającego elementów, których przegląd techniczny lub wymiana zależy od czasu rzeczywistej pracy aparatu.

**Dotyczy zadania nr 8 w załączniku nr 1 Materace- materac grzewczy – 2 kpl. 10. Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika w pkt. 2 i 3.**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wymaga dla:

- jednego urządzenia materaca o wymiarach: „ Wymiary materaca 100 x 50 cm tolerancja oferowanych wielkości  $\pm 5$  cm”.

- drugiego urządzenia materaca o wymiarach: ”Materac pediatryczny wymiary poniżej 70 x 45 cm”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 2 kpl. urządzeń ukompletowanych jak w opisie tzn. każde z urządzeń powinno zawierać wszystkie wymienione w opisie elementy, czyli każde urządzenie ma być wyposażone w oba typy materaca.

**Zamawiający**