



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-495, Fax. (52) 36-55-752

NZZ/20/D/11

Bydgoszcz, dnia 14.03.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nr sprawy NZZ/20/D/11.**

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

Dotyczy: Zadanie nr 1

Pytanie 1 do pkt. 1 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwie szuflady otwierające się niezależnie ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 2 do pkt. 3 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury do 42 °C ? Temperatura 70 °C może być niebezpieczna zarówno dla pacjenta jak i dla Użytkownika.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3 do pkt. 4 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane wewnątrz zarówno ze stali nierdzewnej jak i z płyt izolacyjnych pokrytych tworzywem sztucznym ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Dotyczy: Zadanie nr 4

Pytanie 4 do pkt. 2 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 107 x 53, 5 cm ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 5 do pkt. 9 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kontrolką wyświetlającą tylko temperaturę wybraną przez Zamawiającego, razem z informacją czy temperatura została osiągnięta czy materac nadal się nagrzewa.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Dotyczy: Zadanie nr 8

Pytanie 6 do pkt. 2 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 107 x 53, 5 cm ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 7 do pkt. 3 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika

Czy Zamawiający dopuści materac pediatryczny o rozmiarach 50 x 56 cm ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 8 do pkt. 10 walorów techniczno – eksploatacyjnych wymaganych przez użytkownika.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kontrolką wyświetlającą tylko temperaturę wybraną przez Zamawiającego, razem z informacją czy temperatura została osiągnięta czy materac nadal się nagrzewa.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zamawiający