



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/18/P/11

Bydgoszcz, dnia 01.06.2011 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### **Zapytanie nr 1**

Dotyczy grupy nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w grupie 3 wymaga rękawic bezpudrowych lateksowych z wewnętrzną powłoką polimerową?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy SWIZ.

#### **Zapytanie nr 2**

Dotyczy grupy nr 3

Czy Zamawiający w grupie 3 dopuści na potwierdzenie spełnienia wymagań sprawozdanie z badań w formie danych technicznych producenta?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

#### **Zapytanie nr 3**

Dotyczy grupy nr 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych bezpudrowych, o powierzchni gładkiej z teksturowanymi końcówkami palców posiadających niezależne badania na:

- przenikalność wirusów
- przenikalność związków chemicznych
- przenikalność leków cytostatycznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, podtrzymuje zapisy SWIZ.

#### **Zapytanie nr 5**

Dotyczy grupy nr 2

Czy zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających parametry zgodnych z załączonymi próbkami ?

Czy zamawiający będzie wymagał rękawic o podwyższonej szczelności – AQL 0,65 ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga rękawic o podwyższonej szczelności – AQL 0,65.

#### **Zapytanie nr 6**

Dotyczy grupy nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w grupie 11 rękawic nitrylowych, bezpudrowych, , elastycznych, oznakowanych jako wyrób medyczny, pakowanych w op. a 100szt., z AQL 1,5 w kolorze niebieskim o grubości pojedynczej ścianki: palec 0,10-0,11mm, , o powierzchni gładkiej z teksturowanymi końcówkami palców posiadających badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, wirusów oraz cytostatyki?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, podtrzymuje zapisy SWIZ.

**Zamawiający**