



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/41/D/11

Bydgoszcz, dnia 17.06.2011 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż lamp rentgenowskich

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

#### **Pytanie 1**

**Dotyczy SIWZ Załącznik nr 1 w zakresie zadania nr 03 pkt. II.8 podpunkt 2**

Prosimy o zmianę zapisów tego punktu na zapisy takie jakie są w umowie w par. 4 pkt. 9 (załącznik nr 3) czyli, że: „ Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru lub dostarczenia w miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad, w razie ujawnienia się wad w okresie .. miesięcy od dnia dokonania należytej instalacji i uruchomienia towaru i dokonania testów akceptacyjnych w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady. ”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 2**

**Dotyczy SIWZ Załącznik nr 1 w zakresie zadania nr 03 pkt. II.9 podpunkt 5 i 3.**

Zapis jaki Państwo proponują obliguje nas do wykonania wszelkich napraw usprawniających aparat RTG. Nie jesteśmy w posiadaniu informacji o stanie technicznym aparatu poza koniecznością wymiany monobloku. Ewentualne uszkodzenia innych podzespołów mogą być zdiagnozowane po wymianie monobloku. Stąd też prosimy o wykreślenie tego punktu lub uzupełnienie przedmiotu zamówienia o dodatkowe podzespoły, których wymiany wymaga Zamawiający.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, że ogniskowe lampy nie mieszczą się w zalecanych granicach. Poza tym aparat jest technicznie sprawny.

#### **Pytanie 3**

**Dotyczy SIWZ Załącznik nr 1 w zakresie zadania nr 03 pkt. II.9 podpunkt 6, 7.**

Rozumiemy, że Zamawiający w powyższych punktach miał na myśli wykonanie przez Wykonawcę testów akceptacyjnych, a nie eksploatacyjnych, za których wykonanie odpowiada Użytkownik. W umowie par. 3 pkt. 2 (załącznik nr 3) jest napisane, że po montażu Wykonawca wykonuje testy akceptacyjne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli testy akceptacyjne. Testy akceptacyjne dotyczą także zadania 1 i 2 – załącznik nr 1 pkt. II.9 podpunkt 6.

#### **Pytanie 4**

**Dotyczy SIWZ Załącznik nr 3- Umowa w zakresie zadania nr 03 par.7 pkt.1 oraz par. 4 pkt. 5 i 10 .**

Prosimy o równe traktowanie stron i ujednolicenie kar dla Zamawiającego jak i Wykonawcy albo do 0,2% albo do odsetek ustawowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 5**

**Dotyczy SIWZ w zakresie zadania nr 03: Załącznik nr 3- Umowa par.1 pkt.5, Załącznik nr 1 II.7.1. i SIWZ rozdział III. Pkt. 3.1.**

Monoblok jest częścią wyrobu medycznego i nie podlega osobnej certyfikacji stąd też prosilibyśmy o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu i używana zgodnie z Ustawą z dn. 20.05.2010 r. o

Wyrobach Medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca, który nie posiada odrębnego dokumentu na części do aparatu rtg winien złożyć dokumenty dla aparatu będącym wyrobem medycznym do którego będą montowane oferowane lampy.

**Pytanie 6**

**Dotyczy SIWZ w zakresie zadania nr 03: Załącznik nr 3- Umowa par.4 pkt.5**

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi w pytaniu nr 5 prosimy o usunięcie następującego zdania z ww. paragrafu z umowy: „Towaru nie spełniającego wymagań określonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy lub,,

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

**Dotyczy SIWZ z załącznikami w zakresie zadania nr 03.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dostawę monobloku zawierającego lampę RTG zamiast „lampy RTG”.

*Komentarz: W aparatach tego typu wymianie podlega cały monoblok zawierający również lampę rentgenowską, a niemożliwym jest wymiana samej lampy RTG. Dlatego prosimy o zmianę nomenklatury w przypadku zadania z 03 z „lampa rentgenowska” na „monoblok”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 8**

**Dotyczy SIWZ w zakresie zadania nr 03: Załącznik nr 3- Umowa par.3 pkt. 2**

Prosimy o dopisanie dodatkowego podpunktu w ww. punkcie Umowy: „W przypadku braku możliwości uruchomienia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę za realizację Przedmiotu Umowy uznaje się dostawę i montaż Przedmiotu Umowy.”

*Komentarz: Nie jesteśmy w posiadaniu informacji o stanie technicznym aparatu w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek innego podzespołu poza monoblokiem niemożliwym może być jego kalibracja i uruchomienie.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**