



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/32/P/11

Bydgoszcz, dnia 21.06.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 1:

- Pozycji nr 1 introduktora o średnicy od 4 do 8F;
- Pozycji nr 2 przewodnika o rozmiarze 0,035" oraz 0,038";
- Pozycji nr 3 przewodnika hydrofilnego o średnicy 0,035"; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody . Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 4 cewnika diagnostycznego hydrofilnego kompatybilnego z przewodnikiem 0,038"; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również taki produkt.

Zapytanie nr 3

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 5 cewnika do fibrynolizy o dostępnych długościach 45, 90, 135 cm; zawierającego w zestawie przewodnik zamykający końcówkę cewnika (occluding wire); pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również taki produkt.

Zapytanie nr 4

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 7:

- Pozycji nr 1 stentu o średnicach od 5 do 10 mm oraz długościach od 18 do 55 mm;
- Pozycji nr 2 stentu samorozprężalnego o średnicach od 6 do 12 mm oraz długościach od 30 do 150 mm;
- Pozycji nr 3 cewnika balonowego o średnicy balonu 3 mm (długość 20, 40, 80, 120mm), 4 mm (dł. 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm), 5 mm (dł. 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250,

300 mm), 6 mm (dł. 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm), 7 mm (dł. 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm), 8 mm (dł. 20, 40, 60, 80 mm), 9 mm (dł. 20, 40, 60, 80 mm), 10 mm (dł. 20, 40 mm), 12 mm (dł. 20, 40 mm);

- Pozycji nr 4 stentu o średnicach od 3 do 6 mm;
- Pozycji nr 5 cewnika balonowego o średnicy balonu od 4 do 8 mm, o długości balonu od 20 do 80 mm; o ciśnieniu RBP od 18 do 22 bar; kompatybilnego z przewodnikiem 0,035"; o długości układu dostarczającego 50, 80, 120 cm; kompatybilnego z introduktorem od 5 do 7F w zależności od średnicy balonu;
- Pozycji nr 6 cewnika balonowego o ciśnieniu RBP balonu do 14 do 16 bar; o długości układu dostarczającego 120 i 150 cm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowane produkty o parametrach zaproponowanych dla pozycji 1, 2, 3, 4 i 6; dla pozostałych pozycji w grupie 7 podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zapytanie nr 5

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 8 stentu stalowego o ciśnieniu RBP 14 – 15 bar; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również taki produkt.

Zapytanie nr 6

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 15 cewnika balonowego pokrywanego lekiem o długości balonu od 40 do 120 mm; o długości układu dostarczającego 120 i 150 mm; pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający