



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIEŁA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/38/P/11

Bydgoszcz, dnia 08.07.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych obłożeń operacyjnych, zestawów do porodu oraz odzieży operacyjnej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Dotyczy grupy 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach: Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki o wymiarach 150 x 200 cm, serwetę do nakrycia stołu Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, serwetę do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem min 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną min 180 x 300 cm (pozycja ułożenie płasko na stole), chłonna serweta dla noworodka o minimalnych wymiarach 80 x 90 cm, taśma samoprzylepna 1 szt, ręczniki celulozowe 4 szt. , kieszeń przylepna dwukomorowa - 1 szt , fartuch chirurgiczny wzmocniony L – 1 szt. , fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – 2 szt. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, niepyłająca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozyjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 2

Dotyczy grupy 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach:

Zestaw ginekologiczny wzmocniony zawierający serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach min 140 x 190 cm (wzmocnienie min 140 x 190cm), obłożenie stolika Mayo min 78 x 145 cm (wzmocnienie min 60 x 70 cm), jedna serweta ginekologiczna o wymiarach 200 x (ekran anestezjologiczny)150 cm (wzmocnienie na całej powierzchni)zintegrowana z nogawicami oraz z oknem 10x 15 cm, jedna nie przylepna serweta do podłożenia pod pośladki wielkości 75 x 90 cm - osobno lub w zestawie , jedna samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu wielkości 50 x 60 cm - osobno lub w zestawie , taśma samoprzylepna – 1 szt, ręczniki celulozowe – 2 szt. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, niepyłająca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozyjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie nr 3

Dotyczy grupy 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach:

Zestaw brzuszno – kroczyowy zawierający serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach min 140 x 190 cm (wzmocnienie min 140 x 190cm), obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo o wymiarach min 78 x 144 cm (wzmocnienie 65 x 85 cm), Jedna serweta z włókniny 2 – warstwowej brzuszno – kroczyowa o wymiarach 230 x 260 cm, okno min 29 x 29 cm (w kształcie prostokąta / kwadratu) wypełnione folią chirurgiczną oraz otwór na krocze o rozmiarze 9 x 12 cm z kłapką (owalne), ręczniki celulozowe - 2 szt., kieszeń dwukomorowa - 1 szt. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej

nie mniej niż 54 g/m², niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie nr 4

Dotyczy grupy 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do zbiórki płynów o następujących parametrach:

Worek do zbiórki płynów - wyposażony w sito oraz zawór, posiadający taśmy samoprzylepnego mocowania worka do obłożenia, wyposażony w kształtkę, minimalne wymiary worka min 50 x 60 cm. Zgodne z ustawą o wyrobach medycznych. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 5

Dotyczy grupy 2, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o następujących parametrach:

Osłona (serweta) na stolik Mayo rozmiar 78 x 144 złożona teleskopowo wzmocnienie min 65 x 85 cm). Zgodne z ustawą o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 6

Dotyczy grupy 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o następujących parametrach:

Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L, XL, sms/smms, w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym tzn. przód, oraz całe przedramiona z wstawkami z włókniny foliowanej gwarantującej nieprzemakalność i barierowość dla mikroorganizmów (bakterie, wirusy itp.). szwy w rękawach do granicy wzmocnień – ultradźwiękowe. Część tylna fartucha wykonana z włókniny zabiegowej trzywarstwowej, oddychającej. Luźny, szeroki, zakrywający dolną część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne, dokładnie opinający nadgarstek mankietami wykonanymi z materiału poliestrowego, zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie na brudno, a następnie na czysto oraz wiązanie służące do regulacji obwodu u góry łączony na rzep gramatura min 35 g/m²

Wyrób jest zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN -EN 13795; 3, natomiast BI = 6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający