



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

Bydgoszcz, dnia 20.07.2011 r.

NZZ/48/D/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela ul. Ujejskiego 75.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby Wykonawca dysponował urządzeniem do suszenia i prasowania bielizny fasonowej, ale bez zapewnienia jej automatycznego składania? Wykonawca zapewnia, że składanie ręczne bielizny fasonowej w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego spełnia wymagania zarówno w zakresie utrzymania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej, jak i poprawności jej złożenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie określił w SIWZ, że urządzenie ma posiadać możliwość automatycznego składania bielizny. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez zapewnienia automatycznego składania bielizny.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta oraz sprzętu medycznego wymaga na potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania chipów załączenia do oferty raportu z badań na temat wpływu chipów na rezonans magnetyczny oraz wpływu rezonansu na chipy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Czy w celu minimalizacji ryzyka związanego z obcowaniem z brudną bielizną, czynność szczytywania danych bielizny brudnej oznakowanej chipami ma odbywać się bezdotykowo np. przy użyciu odpowiedniej technologii RFID? Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażony był w odpowiedni sprzęt umożliwiający śledzenie obiegu bielizny oznakowanej chipami, co ma mieć swoje odzwierciedlenie w wykazie narzędzi stanowiącym załącznik do oferty?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie ale nie jest to wymóg konieczny.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuści, aby najmowana bielizna barierowa była trwale oznakowana za pomocą systemu znakowania odzieży Thermopatch. Jest to technologia polegająca na trwałym oznaczaniu asortymentu poprzez wgrzewanie etykiet poliestrowych z naniesionym (w technologii termotransferowej) nadrukiem. Technologia ta ze względu na swoje właściwości powinna być stosowana do znakowania m.in. właśnie bielizny barierowej, która nie powinna być dziurawiona.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Czy w związku z wymogiem sterylizacji bielizny barierowej i z uwagi na to, że proces sterylizacji jest procesem szczególnym i zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO 14937 oraz PN-EN ISO 17665 powinien być procesem walidowanym, należy załączyć do oferty raport walidacji na potwierdzenie poprawności wykonywanych procesów, przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 17665?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza złożenie proponowanych dokumentów.

Zapytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do regularnego (z zachowaniem ciągłości) użytkowania bielizny wyspecyfikowanej w załączniku nr 1a zgodnie ze wskazanymi miesięcznymi ilościami z uwzględnieniem odchyłeń ilościowych +/- ok.10%?

Prosimy o określenie minimalnego stopnia, w jakim realizowany będzie wynajem bielizny barierowej każdego miesiąca w celu umożliwienia dokonania właściwej kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza, że będzie korzystał z usługi najmu bielizny wymienionej w załączniku nr 1a do SIWZ. Miesięczne zużycie wyniesie nie mniej niż 80% - do 90% zamawianych ilości. Zamawiający jednocześnie informuje, że do kalkulacji należy przyjąć ilości miesięczne określone w SIWZ.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający w przypadku, gdy zamówienia na sterylne pakiety bielizny barierowej będą różne w zależności od złożonego przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem zamówienia, wymaga, aby Wykonawca zapewnił możliwość składania zamówień on-line, poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w udostępnionym Zamawiającemu programie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zachowania pełnej identyfikowalności oraz możliwości szybkiego i prostego archiwizowania danych o asortymencie użytym do danej procedury medycznej sterylne pakiety wyrobów barierowych, oznakowane były trójdzielną etykietą typu TAG (tj. dającą możliwość wklejenia każdej z trzech części do dokumentacji), zawierającą m.in. nazwę zestawu, numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikację oraz termin ważności na każdej z trzech części? Na potwierdzenie do oferty należy załączyć próbkę wyrobu sterylnego wraz z trójdzielną etykietą.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający