



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496
ISO 9001: 2008

NZZ/49/P/11

Bydgoszcz, dnia 25.07.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do koronografii i angioplastyki.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1:

Dotyczy Grupy nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych nacinająco – pozycjonujących (średnice 2 – 3,5 mm), posiadających ciśnienie RBP od 16 – 20 atmosfer, oraz posiadające trzy heliakalnie oplatające balon elementy nitinolowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający