

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/36/P/11

Bydgoszcz, dnia 27.07.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala, nr sprawy NZZ/36/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy treści SIWZ

Zapytanie 1

Czy w przypadku realizacji zadania nr 21 Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który w okresie działalności równym 3 lata wykonał co najmniej 3 dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny, oddział Intensywnej Terapii oraz pozostałe oddziały szpitalne o wartości znacznie przekraczającej przedmiot zamówienia inny niż lampa operacyjna ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ wymaga aby Wykonawca wykazał się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizacją co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż ustalono w SIWZ(Rozdział II pkt. 2 ppkt.2.2.) W przypadku zadania 21 przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy chirurgicznej co nie oznacza, że Wykonawca może wykazać się tylko dostawą lampy. Jeżeli wykonawca realizował dostawy sprzętu medycznego rodzajowo podobne to warunek zostanie spełniony.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dotyczącego realizacji zadania nr 21 do 45 dni ? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, dlatego proces jego produkcji może zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla oferowanych wyrobów do 24 miesięcy ? Wskazany okres jest maksymalnie długi, a powszechnie obowiązujące normy prawne nie nakładają na producentów obowiązku udzielania dłuższego okresu gwarancji, zatem wymaganie stawiane przez Zamawiającego jest zdecydowanie wygórowane i nie powinno być umieszczone w treści SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 4

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm? Parametr pierwszy nieznacznie różni się od wymaganego jest jednak wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka, zwłaszcza dla pacjentów o niższym wzroście, nie muszą oni np. „zeskakiwać z łóżka” natomiast drugi jest korzystniejszy od oczekiwanego i pozwala na dostosowanie poziomu wysokości leża także dla pacjentów o wyższym wzroście.



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywacji „GO” uruchamiającego dostępne aplikacje tylko na centralnym panelu sterowniczym? Brak wskazanego rozwiązania na sterownikach wbudowanych w poręcze boczne nie powoduje znacznego obniżenia możliwości użytkowych łóżka, przycisk aktywacji umieszczony w centralnym sterowniku zapewnia wystarczające zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem łóżka i nie ma potrzeby by umieszczać go dodatkowo na barierkach.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez półki do odkładania pościeli ? Wskazany parametr nie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania łóżka.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez półki do pisania ? Oczekiwane rozwiązanie nie ma wpływu na wartość użytkową łóżka i nie jest konieczne dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednostronne szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są również z płyty meblowej? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których podstawa wyposażona jest w 4 kółka, w tym dwa z blokadą nożną ? Przyjęte rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i jest wystarczające dla zapewnienia pełnej mobilności szafeczki oraz jej całkowite unieruchomienie w razie potrzeby.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w jedną szufladę i zamykaną półkę na rzeczy osobiste pacjenta, a pomiędzy nimi przestrzeń wolną np. na prasę ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża możliwości użytkowych szafki, przeciwnie doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe bez możliwości regulacji wysokości blatu bocznego ? Brak wskazanego rozwiązanie nie wpływa znacząco na możliwości użytkowe szafek.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 13

Zapytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 43-83cm ? Parametr pierwszy nieznacznie różni się od wymaganego jest jednak wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka, zwłaszcza dla pacjentów o niższym wzroście, nie muszą oni np. „zeskakiwać z łóżka” natomiast drugi jest korzystniejszy od oczekiwanego i pozwala na dostosowanie poziomu wysokości leża także dla pacjentów o wyższym wzroście.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną w zakresie 0-16°? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego jest jednak wystarczający dla zapewnienia właściwego funkcjonowania łóżka i nie ma potrzeby aby by realizowany w wyższym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne zabezpieczone przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywacji „GO” uruchamiającego dostępne aplikacje tylko na centralnym panelu sterowniczym? Brak wskazanego rozwiązania na sterownikach wbudowanych w poręcze boczne nie powoduje znacznego obniżenia możliwości użytkowych łóżka, przycisk aktywacji umieszczony w centralnym sterowniku zapewnia wystarczające zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem łóżka i nie ma potrzeby by umieszczać go dodatkowo na barierkach.



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 21

Zapytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której kopuła satelitarna składa się z 12 zespołów oświetlających LED ? Wskazane rozwiązanie różni się od wymaganego, w zakresie funkcjonalnym jest jednak znacznie korzystniejsze, gdyż pozwala na uzyskanie wyższego poziomu natężenia oświetlenia niż wymagane przez Zamawiającego, ponadto lampa doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną zarówno główną jak i satelitarną bez funkcji doświetlenia ? Oferowana lampa zapewnia najwyższą intensywność światła w polu operacyjnym, wystarczającą dla zapewnienia jego maksymalnej widoczności, dlatego nie ma potrzeby aby posiadała dodatkową funkcję doświetlenia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 17



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy pola operacyjnego zarówno w przypadku kopuły głównej jak i satelitarnej przy odległości 1m od 250 do 380mm ? Podane parametry są optymalne dla wskazanego wyroby, zapewniają oświetlenie maksymalnego obszaru pola operacyjnego i doskonale sprawdzają się w praktycznym zastosowaniu, dlatego nie ma najmniejszej potrzeby aby były wyższe.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, wyposażoną w funkcję automatycznego przełączania światła białego na światło zielone przystosowane do operacji endoskopowych dla obu czasz? Zastosowane rozwiązanie doskonale sprawdza się w praktyce stosowania, dlatego nie ma potrzeby aby była wyposażona w system odwróconego oświetlenia, który w tym wypadku byłby całkowicie zbędny.



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 19: Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika - pkt. 25

Zapytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, który w niskich nastawach mocy używanych w zabiegach mikrochirurgicznych posiada regulację mocy co 1W ?

Aparat wyposażony jest w automatyczny system dopasowania mocy w zależności od rodzaju tkanki, sposobu prowadzenia cięcia oraz używanej elektrody.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający