



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/36/P/11

Bydgoszcz, dnia 01.08.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala, nr sprawy NZZ/36/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy: Zadanie 21. Lampy chirurgiczne - Lampa operacyjna bezcieniowa, 5+3 ogniska - 1 kpl.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z temperaturą barwową 4300 K lub 4500 K ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której średnica plamy światła jest regulowana w zakresie 18-32 cm zarówno dla kopuły głównej jak i satelitarnej ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne bez funkcji doświetlenia głębi pola operacyjnego, ale z wgłębnością oświetlenia dla kopuły głównej 140 cm i 130 cm dla kopuły satelitarnej ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z maksymalnym natężeniem napromieniowania dla 100 kLux wynoszącym 330 W/m² z każdej kopuły ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie 5. Urządzenia używane na salach operacyjnych - Urządzenie ogrzewające pacjenta - 2 kpl.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do ogrzewania pacjenta o wadze 6,7 kg ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do ogrzewania pacjenta nie posiadające zaczepu na przewód grzewczy ? Przewód grzewczy jest wykonany z wytrzymałych materiałów co uniemożliwia zaginanie i zaczep ochronny nie spełniłby tu swojej roli.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający