



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496
ISO 9001: 2008

NZZ/59/D/11

Bydgoszcz, dnia 02.08.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia

III.3 Proces sterylizacji bielizny zgodny z normami PN-EN ISO 16665 oraz PN-EN ISO 14937 potwierdzony dołączeniem przez Oferenta raportu walidacji.

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający żąda, żeby proces sterylizacji bielizny był zgodny z normami PN-EN ISO 17665 oraz PN-EN ISO 14937 potwierdzony dołączeniem przez Oferenta raportu walidacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść postanowienia w załączniku nr 1 – Przedmiot Zamówienia. Pkt. III Zakres i warunki wynajmowanej bielizny barierowej (chipowanie), ppkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

3. Proces sterylizacji bielizny zgodny z normami PN-EN ISO 17665 oraz PN-EN ISO 14937 potwierdzony dołączeniem przez Oferenta raportu walidacji.

Zamawiający