



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496
ISO 9001: 2008

NZZ/54/P/11

Bydgoszcz, dnia 03.08.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, dostawę systemów do pobierania krwi oraz dostawę drobnych materiałów laboratoryjnych na okres 36 miesięcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

dot. zadania nr 4 :

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 4 części – próbek do pobierania krwi włośniczkowej. Probówki do krwi włośniczkowej stanowią samodzielny system pobrania krwi a połączenie go z zamkniętym systemem pobierania krwi minimalizuje ilość ofert tylko do ilości ofert na system zamknięty pobierania krwi. Wielu wykonawców posiada systemy pobrania krwi włośniczkowej bez konieczności posiadania w ofercie systemów zamkniętych. Przy kryterium oceny ofert jakim jest cena uzyskanie możliwości porównań w większej ilości ofert wydaje się być zasadnym i ekonomicznie pożądanym. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 2

dot. zadania nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kapilary o pojemności 140 mikrolitrów i średnicy 2,30 mm, pasującej do analizatorów gazometrycznych firmy Radiometr. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty na zestawy w/w kapilar. W skład zestawu wchodzi 1 kapilara, 2 zatyczki i 1 mieszaśło. Przy wymaganej ilości 35.000 szt. kapilar wycenilibyśmy 44 zestawy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 3

dot. zadania nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia w poz. 2 oferty na nakłuwacze o głębokości penetracji 1,8 mm i grubości igły 21 G.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający