



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496
ISO 9001: 2008

NZZ/54/P/11

Bydgoszcz, dnia 04.08.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, dostawa systemów do pobierania krwi oraz dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych na okres 36 miesięcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga analizatora glukozy posiadającego ekran dotykowy i menu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ nie określił rodzaju ekranu, więc dopuszcza różne rozwiązania. Menu wymagane jest w języku polskim.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora glukozy działającego w oparciu o technologię chip sensora?" Zastosowanie technologii specjalnego Chip-Sensora gwarantuje szybkie pomiary, maksimum precyzji i przyjazną dla użytkownika pracę na analizatorze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga analizatora z pamięcią 500 wyników z pozycją, datą i czasem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową transmisją danych umożliwiającą oznaczenie glukozy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający