



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

NZZ/36/P/11

Bydgoszcz, dnia 10.08.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala, nr sprawy NZZ/36/P/11.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dotyczy: Zadanie 6 – Pulsoksymetr do stosowania w warunkach transportu pacjenta:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr posiadający pamięć mieszczącą 160 godzin trendów lub zdarzeń, zapewniającą możliwość gromadzenia danych z długiego okresu czasu ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru wyświetlającego krzywą saturacyjną w postaci baru słupkowego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 3:

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru posiadającego duży, czytelny wyświetlacz LCD monochromatyczny.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie 21. Lampy chirurgiczne - Lampa operacyjna bezcieniowa, 5+3 ogniska - 1 kpl.

Zapytanie 4:

Czy zamawiający nawiązując do SIWZ pkt. 14 wymaga głębokości oświetlenia nie niższej niż 70 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 5:

Czy Zamawiający w pkt. 18 określa zapis regulacji natężenia na poziomie 5 % dla operacji endoskopowych oraz 50 – 100 % dla operacji standardowych ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 6:

Czy Zamawiający w rozumieniu pkt. 17 dopuści lampę z funkcją światła endoskopowego i operacji z mikroskopu polegającej na zmianie warunków oświetlenia w sposób umożliwiający wygodną współpracę z torami wizyjnymi poprzez obniżenie natężenia światła do poziomu 8000 Lux natężenia maksymalnego oraz skierowania światła o 180 ° w kierunku sufitu? Rozwiązanie to nie powoduje zmęczenia wzroku zespołu operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametr kopuły wyposażonej w 5 (kopuła główna) i 3 (kopuła pomocnicza) zespoły świetlne które emitują światło białe w polu operacyjnym, powstające w wyniku mieszaniny kolorów barw tuż przy kopułach ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne w których zakres regulacji średnicy oświetlenia pola operacyjnego obydwu czasz mieści się w przedziale 20-30cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną bez funkcji doświetlania (funkcja ta jest charakterystyczne dla konkretnego producenta lampy i powoduje uniemożliwienie złożenia oferty konkurencyjnej).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza lampy operacyjne w których oświetlenie endoskopowe realizowane jest poprzez redukcję natężenia oświetlenia do wartości 5% max wartości natężenia lampy? Rozwiązanie takie nie powoduje oślepienia operatora i umożliwia współpracę z mikroskopem i kamerami endoskopowymi. Opisane rozwiązanie w SIWZ jest charakterystyczne dla konkretnego producenta lampy i powoduje uniemożliwienie złożenia oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której max. natężenie napromieniowania dla 100tyś Lux każdej z kopuł wynosi 347W/m² ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której żywotność całego układu świetlnego bez utraty parametrów świetlnych wynosi 30000 h. Opisany w SIWZ (pkt. 24) parametr odnosić się może do żywotności poszczególnych diod co nie gwarantuje zachowania parametrów oświetlenia w czasie eksploatacji lampy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13

Czy zamawiający oczekuje aby uchwyt sterylny znajdował się w geometrycznej osi kopuły lampy co ułatwi pozycjonowanie lampy podczas zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, aby uchwyt sterylny znajdował się w geometrycznej osi kopuły lampy.

Zapytanie 14

Czy w związku ze zminimalizowaniem zakłóceń nawiewu laminarnego Zamawiający oczekuje aby poszczególne zespoły świetlne (5, 3) kopuły były wyraźnie oddzielone co zapewnia lepszą cyrkulację i powoduje mniejsze zakłócenia nawiewu laminarnego ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, aby poszczególne zespoły świetlne (5, 3) kopuły były wyraźnie oddzielone.

Zapytanie 15

Czy Zamawiający oczekuje aby funkcje sterowania lampą w kopule głównej odbywały się w sposób sterylny tj. przy pomocy sterylnego uchwyty (zmiana natężenia oświetlenia, zmiana średnicy plamy świetlnej) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, aby funkcje sterowania lampą w kopule głównej odbywały się w sposób sterylny tj. przy pomocy sterylnego uchwyty (zmiana natężenia oświetlenia, zmiana średnicy plamy świetlnej).

Zapytanie 16

Czy zamawiający oczekuje aby lampa posiadała regulację temperatury barwowej co pozwala na lepsze dostosowanie parametrów oświetlenia do warunków pola operacyjnego ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, aby lampa posiadała regulację temperatury barwowej.

Zapytanie 17

Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuła główna składa się z 3 zespołów oświetleniowych przy zachowaniu pozostałych parametrów oświetlenia ?

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy lampy operacyjnej do 9-10 tygodni od daty podpisania umowy ?
Oferowane lampy są produkowane pod konkretne zamówienie w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego istnieje zatem konieczność rozpoczęcia produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 9-10 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 19

Czy zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której kopuły są 2 segmentowe emitujące białe światło ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 20

Czy zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w laserowy pomiar odległości od pola operacyjnego a tym samym zachowującej stałą średnicę pola operacyjnego bez konieczności jego regulacji - pole to wynosi 20cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 21

Czy zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której temperatura barwowa wynosi 4500° K ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której max. Natężenie napromieniowania dla 100 tys Lux kopuły głównej wynosi 341W/m² i kopuły pomocniczej 348W/m² ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 23

Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu lampy ?

Odpowiedź

Patrz załącznik nr 1 stanowiący dodatek do odpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2011 r.

Zapytanie 24

Czy w przypadku interwencji budowlanej związanej ze wzmocnieniem stropu koszty tej interwencji pokrywa Zamawiający ? Patrz załącznik nr 1 stanowiący dodatek do odpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2011 r.

Odpowiedź

W przypadku interwencji budowlanej związanej z instalacją lampy, koszty przebudowy ponosi dostarczający lampę. Patrz załącznik nr 1 stanowiący dodatek do odpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2011 r.

Zapytanie 25

Czy do miejsca montażu lampy doprowadzone jest zasilanie i instalacja elektryczna ?

Odpowiedź

Tak. Patrz załącznik nr 1 stanowiący dodatek do odpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2011 r.

Zapytanie 26

Czy w miejscu montażu lampy na suficie jest wolna przestrzeń (ok. 70x70cm) bez kolizji z innymi mediami znajdującymi się w tym pomieszczeniu (wentylacja, gazy medyczne i inne) ?

Odpowiedź

Patrz załącznik nr 1 stanowiący dodatek do odpowiedzi na zapytania z dnia 10.08.2011 r.

W załączeniu (**załącznik nr 1**) fragmenty dokumentacji technicznej, oraz zdjęcie pomieszczenia, które Zamawiający posiada, dotyczące budynku w którym znajduje się sala zabiegowa przeznaczona do montażu lampy operacyjnej.

Pliki:

Szkielet sytuacyjny z sali zabiegowej.pdf

Rys 1 fragment skanu pierwotnej dokumentacji technicznej obejmującej salę zabiegową.jpg

Rys 2 fragment skanu pierwotnej dokumentacji technicznej obejmującej salę zabiegową przekr pion.JPG

Rys 3 fragment skanu pierwotnej z dokumentacji technicznej opis konstrukcji stropów.JPG

Zdj 1 Widok pomieszczenia przeznaczonego na montaż lampy.jpg

Zdj 2 Widok pomieszczenia przeznaczonego na montaż lampy.JPG

Dotyczy projektu umowy:

Zapytanie 27

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust. 4 Projektu umowy:

„W przypadku uzasadnionych reklamacji zgłoszonych przy dostawie lub przy uruchomieniu Towaru, Towar wolny od wad zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

zapisem:

*„W przypadku uzasadnionych reklamacji zgłoszonych przy dostawie lub przy uruchomieniu Towaru, Towar wolny od wad zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do **21** dni od momentu zgłoszenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy”.*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 28

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust.5 pkt. a) Projektu umowy:

- a) *„po pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości zadania określonej w formularzu oferty,”*

zapisem:

- a) *„po pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w terminie **30** dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy **lub** obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości **niedostarczonego lub niespełniającego wymagań Towaru,**”*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 29

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust.5 pkt. b) Projektu umowy:

- b) *„bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.”*

zapisem:

- b) *„bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości **niedostarczonego lub niespełniającego wymagań Towaru** za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym w §3 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.”*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 30

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust.6 Projektu umowy:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Zamawiającego i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości zadania, określonej w formularzu oferty lub też Zamawiający może żądać wykonania umowy w tym zakresie i żądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 5 b., stosowanym odpowiednio.”

zapisem:

*„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i/lub uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający **po pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę,** może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości **0,2%** wartości **niezamontowanego i/lub nieuruchomionego Towaru,** lub też Zamawiający może żądać wykonania umowy w tym zakresie i żądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 5 b., stosowanym*

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

odpowiednio."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §3 ust. 10a na: „w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów, sprowadzanych spoza granic Polski, w terminie do 14 dni roboczych” ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §3 ust. 10b na: „w przypadku naprawy nie wymagającej sprowadzenia części lub podzespołów spoza granic Polski, w terminie do 7 dni roboczych”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 33

W §3 ust.11 projektu umowy Zamawiający wymaga aby w przypadku jeśli okres pomiędzy zgłoszeniem wady a jej usunięciem jest dłuższy niż 3 dni robocze Wykonawca dostarczył sprzęt zastępczy na czas naprawy. **Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego zważywszy, że lampa operacyjna będąca przedmiotem zamówienia jest urządzeniem montowanym na stałe a zainstalowanie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty ?**

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 34

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust.12 Projektu umowy:

„Każda naprawa skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji o dwukrotność czasu od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia.”

zapisem:

„Każda naprawa skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji **o czas liczony** od momentu zgłoszenia wady do czasu jej usunięcia.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 35

Wnosimy o zastąpienie zapisu §3 ust.13 pkt. a) i b) Projektu umowy:

a) „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w tym zakresie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1,5 % wartości zadania określonej w formularzu oferty,

lub

b) żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości zadania określonej w formularzu oferty za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a- c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego,”

zapisem:

a) żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości **wadliwego Towaru** za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym w ust. 10 a- c na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru niewadliwego,”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 36

Wnosimy o modyfikację zapisu §7 ust.3 Projektu umowy:

„Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;

b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na

drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy."

na zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego:

- a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;
- b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
- c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 37

Prosimy Zamawiającego o modyfikację par.8 ust.3 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, że możliwa jest niekorzystna dla Zamawiającego zmiana wartości umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie 12. Urządzenie do pomiaru parametrów krzepnięcia krwi - Koagulometr – 1 kpl.

Zapytanie 38

Czy zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy paskowe urządzenie pomiarowe do wskaźnika INR, którego okres gwarancji wynosi 24 miesiące ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 39

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt 3 opisu parametrów jeśli oferowany analizator posiada zakres pomiaru INR 0,8-8,0 ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 40: Zadanie 6. Różne urządzenia i produkty medyczne - Pulsoksymetr do stosowania w warunkach transportu pacjenta – 6 kpl.; dotyczy pkt. 3, 4, 5.

Czy z uwagi na przeznaczenie pulsoksymetru do transportu (zgodnie z pkt.2 SIWZ) Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr zasilany wyłącznie z baterii, mogący pracować na jednym ich zestawie bez przerwy przez ponad 48 godzin?

Zaznaczamy, iż możliwe jest zasilanie pulsoksymetru z akumulatorów ładowanych w oddzielnej ładowarce z gniazda sieciowego 230V.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: Zadanie 14. Urządzenie sterylizujące - Sterylizator parowy - 1 kpl.

Zapytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy z wytwornicą pary o mocy zainstalowanej 55kW z zastrzeżeniem, że grupę grzałek można odłączyć tak, aby urządzenie spełniało wymogi dotyczące mocy postawione przez Zamawiającego ?

Uzasadnienie: Urządzenie posiada moc nominalna zainstalowana 55kW, może jednak pracować przy mocy pomniejszonej na poziomie poniżej 40kW.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy o wymiarach: szerokość 99cm, wysokość 1970, głębokość 1750 nie wymagający dostępu serwisowego z boku?

Uzasadnienie: Wnioskujemy o zwiększenie długości jedynie o 5cm, jednocześnie oddając do dyspozycji Zamawiającego znaczną przestrzeń z boku urządzenia (ok. 600mm) gdyż urządzenie nie wymaga dostępu serwisowego z boku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. (52) 36-55-352, (52) 36-55-296, (52) 36-55-495, (52) 36-55-521
Fax. (52) 36-55-752

ISO 9001:2008

Zapytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator który posiada po stronie załadowniczej dotykowy panel sterujący przeszklony o przekątnej powierzchni dotykowej powyżej 8" z wyświetlaczem graficznym kolorowym 5,5"?

Uzasadnienie: rozwiązanie które proponujemy charakteryzuje się dzięki zastosowaniu szkła jako powierzchni całkowitą odpornością na środki dezynfekcyjne, czego nie jest w stanie zapewnić powierzchnia ekranu dotykowego która jest wykonana z tworzywa i matowieje pod wpływem działania środków chemicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 44

Czy Zamawiający wymaga, aby po stronie wyładowczej został zainstalowany dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem lub ekran dotykowy ?

Uzasadnienie: Po stronie wyładowczej niezbędne jest zastosowanie ekranu lub wyświetlacza który będzie informował personel o stanie urządzenia ciśnieniu w komorze itp. zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i ergonomii pracy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 45

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek postawiony w SIWZ: „*Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie wyświetlacza w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów)*” jeśli zostanie zaoferowany komputerowy system rejestracji i archiwizacji parametrów procesu pozwalający na prezentację w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na 17" monitorze komputera w formie graficznej (wartości numeryczne podawane na wyświetlaczu sterownika) ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest korzystniejszym od wymaganego, gdyż pozwala z większą dokładnością obserwować parametry procesu w czasie rzeczywistym oraz umożliwia ich odtworzenie zarówno w formie graficznej jak i numerycznej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z drukarką termiczną przy zastrzeżeniu, że zastosowana technologia wydruku i papieru gwarantuje trwałość wydruku 10 lat?

Uzasadnienie: Nowoczesna jakość zastosowanej drukarki pozwala na osiągnięcie trwałości 10 lat.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza drukarkę termiczną pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego i gwarantującego trwałość wydruków przez okres co najmniej 10 lat.

Zapytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z drukarką pozwalającą na wydruk wartości z czujnika ciśnienia i temperatury w komorze zgodnie z wymaganiami PN EN 285, przy jednoczesnym zapisie wartości ze wszystkich czujników w komputerowym systemie rejestracji i archiwizacji parametrów procesu ?

Uzasadnienie: Zapis ze wszystkich czujników w systemie archiwizacji dostarczany wraz ze sterylizatorem da możliwość dokładniejszej analizy parametrów procesu oraz pozwoli na analizę wskazań z dokładnością do 0,1st.C

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie w którym konstrukcja kanału uszczelki powoduje nieznaczne 7mm przewężenie światła komory wykończone w sposób owalny nie powodujący utrudnień w czynnościach załadunku oraz czyszczenia komory ?

Uzasadnienie: Zwężenie wynika z grubości nałożonego spawu technologicznego i posiada kształt nie powodujący utrudnień w czynnościach załadowniczo rozładowniczych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie w którym komora poddana jest procesowi kuleczkowania dzięki

czemu uzyskuje się powierzchnię gładką o bardzo dobrych właściwościach przekazywania ciepła do sterylizowanego materiału ?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie pozwala na załadunek komory materiałem o wadze do 14kg/STE.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy w którym drzwi komory napędzane są za pomocą silnika elektrycznego wyposażonego w sprzęgło ograniczające siłę przesuwu do wartości bezpiecznej.

Uzasadnienie: Zaproponowane rozwiązanie pozwala na bezpieczny napęd drzwi nawet w przypadku braku zasilania w sprężone powietrze.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 51

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało drzwi komory które wyposażone są w przeciwwagę równoważącą ciężar drzwi podnoszący bezpieczeństwo pracy oraz pozwalający na awaryjne otwarcie drzwi w przypadku awarii sterylizatora oraz braku sprężonego powietrza bez udziału pracownika technicznego ?

Uzasadnienie: Zastosowanie przeciwwagi pozwala na awaryjne ręczne przesunięcie drzwi komory w przypadku braku sprężonego powietrza bądź awarii sterylizatora bez konieczności wzywania serwisu w celu uwolnienia materiału. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 52

Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator parowy wyposażony był w iniektor parowy wzmacniający działanie pompy próżniowej ?

Uzasadnienie: W sterylizatorach parowych nowej generacji zastosowane są iniektory wzmacniające działanie pompy próżniowej co pozwala na zmniejszenie zużycia wody, osiąganie głębszej próżni a tym samym polepszenie suszenia wsadów (w szczególności kontenerowych).

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 53

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadało po obu stronach (załadowniczej oraz wyładowniczej) graficzny wskaźnik postępu procesu informujący personel o procentowym stopniu zaawansowania cyklu.

Uzasadnienie: wskaźnik pozwala na określenie stanu zaawansowania cyklu bez konieczności podchodzenia do urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający