



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/54/P/11

Bydgoszcz, dnia 16.08.2011 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, dostawa systemów do pobierania krwi oraz dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych na okres 36 miesięcy.

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

##### **Zapytanie 1** *Przedmiot zamówienia. Poz. 51*

( barbituranty we krwi – oznaczenie ilościowe lub półilościowe 3000 testów/ 3 lata.

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonywanie powyższych oznaczeń poza oferowanym systemem analitycznym? Wszelkie koszty związane z wykonaniem oznaczenia transportem zobowiązujemy się do pokrycia. Koszty zostaną uwzględnione w złożonej ofercie.

Wymagania graniczne dla odczynników

Poz. 5 (wymagania dla testów: - CRP, metoda oznaczenia wysokoczuła, o liniowości co najmniej od 01 do 80 mg/l).

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zabezpieczenia wykonywania oznaczenia przez cały okres trwania umowy 24 godz./ dobę w trybie pilnym przez laboratorium spełniające standardy obowiązujące w diagnostyce laboratoryjnej. W tym celu Oferent w ofercie przedstawi: dane laboratorium, do którego materiał biologiczny miałby być wysłany, szczegóły transportu, czas oczekiwania na wynik ( nie dłuższy niż 90min.)

##### **Zapytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu odczynnikowego dla parametru CRP wykonującego oznaczenia w zakresie 0,3-350 mg/l?

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

##### **Zapytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 , części A, poz. 4 probówek do analizy glukozy z fluorkiem sodu szczawianem potasu?

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

##### **Zapytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 , części C, poz. 3 rozwiązania równoważnego dla igły z wizualizacją pobrania składającego się z przezroczystego jałowego adaptera luer i igły typu luer? Bezpośrednio po wkłuciu igły do żyły, krew pojawia się w przestrzeni między igłą a uchwytem. Przezroczyste ścianki końcówek Luer umożliwiają wizualizację wkłucia przed podłączeniem probówki.

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

##### **Zapytanie 5**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 w zadaniu 4, część C w oddzielny pakiet?

##### **Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

##### **Zapytanie 6**

Upewniamy się prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące wymagań Zamawiającego określonych dla analizatora glukozy ( Zadanie Nr 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania aby menu analizatora było w języku polskim jeśli wykonawca dostarczy wraz z analizatorem przetłumaczone na język polski jego menu oraz Instrukcję Obsługi analizatora w języku polskim? Analizator, który możemy Państwu zaoferować charakteryzuje się bardzo łatwą obsługą, a całe menu ( w języku angielskim lub niemieckim) jest intuicyjne i ograniczone do kilkunastu pozycji.

W załączeniu przesyłamy opis menu oferowanego analizatora.

Jesteśmy przekonani, że dopuszczenie oferowanego przez naszą firmę analizatora z menu w języku angielskim lub niemieckim nie będzie wiązało się – w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej – z utrudnieniem pracy użytkownika a jednocześnie dopuszczenie do postępowania możliwie największej liczby ofert jest dla Zamawiającego korzystne tym bardziej w sytuacji, kiedy ilość oferowanych na rynku analizatorów glukozy wymaganych przez Zamawiającego jest niewielka.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### **Zapytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której oznaczanie hemoglobiny glikowanej metodą bez obróbki wstępnej jest wykonywane jedynie na analizatorze podstawowym ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zaoferowania oprócz odczynników do oznaczanie hemoglobiny glikowanej na analizator podstawowy również odczynników na analizator pomocniczy wraz ze stosowną aplikacją.

#### **Zapytanie 8**

Czy w związku z koniecznością zapewnienia udziału laboratorium w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Laboratoryjnych dla wszystkich wymienionych w tabeli oznaczeń, Zamawiający dopuści zaoferowanie dla barbituranów kontroli pochodnej kwasu barbituranowego w postaci kwasu fenobarbiturowego ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### **Zapytanie 9**

Czy w przypadku badań wykonywanych rzadko (w ilości poniżej 7000 w ciągu 3 lat) Zamawiający wyrazi zgodę aby przy przygotowywaniu oferty uwzględnić testy konieczne do wykonania kalibracji wyłącznie na jednym z analizatorów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Zapytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu uruchomienia analizatora z 14 na 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### **Zapytanie 11- Pakiet 3**

W związku z nieobecnością na rynku kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich parametrów wymienionych w zadaniu 3, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w punkcie 7 kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jedynie dla parametrów: kwas wanilinomigdałowy i metanefryny.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Zapytanie 12 - Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 125 ml, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### **Zapytanie 13 - Zadanie 7**

Czy Zamawiający wymaga pojemników z podziałką i polem do opisu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

#### **Zapytanie 14 - Zadanie 9**

Czy Zamawiający dopuści próbówki z podziałką na 2, 4, 6, 8 i 10 ml, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.**

**Zamawiający**