



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

Bydgoszcz, dnia 02.09.2011 r.

NZZ/64/D/11

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi serwisowej kardioangiografu Axiom Artis dFC ze stacją Sensis i Leonardo, polegającej na wykonywaniu napraw bieżących, konserwacji i przeglądów technicznych.

Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

#### Zapytanie 1 – dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§3 ust. 1 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o dodanie na końcu zdania słowa „brutto”.

Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi:

„Łącznie wartość umowy strony określiły na kwotę ..... zł (słownie ..... ) brutto.”

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w załącznik nr 5 - projekt umowy w §3 ust. 1, którego treść po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Łącznie wartość umowy strony określiły na kwotę ..... zł (słownie ..... ) brutto.”

#### Zapytanie 2 – dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§3 ust. 2 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o dodanie słowa „fakturę” następującego bezpośrednio po słowach „...Zamawiający zapłaci”. Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi:

„Za obsługę serwisową aparatury, o której mowa w §1 ust. 1, w zakresie zgodnym z §1 ust. 2, Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..... złotych brutto (słownie: .../100 ), jako zryczałtowaną kwotę, jako miesięczną ratę z wyżej wymienione czynności. Zamawiający zapłaci fakturę w ciągu ..... dni od daty wystawienia faktury.”

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w załącznik nr 5 - projekt umowy w §3 ust. 2, którego treść po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Za obsługę serwisową aparatury, o której mowa w §1 ust. 1, w zakresie zgodnym z §1 ust. 2, Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..... złotych brutto (słownie: .../100 ), jako zryczałtowaną kwotę miesięcznej raty za wyżej wymienione czynności. Zamawiający należność zapłaci w ciągu ..... dni od daty wystawienia faktury.”

#### Zapytanie 3 – dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§3 – Prosimy Zamawiającego o dodanie ustępu w §3 o następującej treści:

„Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

#### Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w §3 ust. 6 zapis, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zmiana stawki podatku VAT po zawarciu umowy oznaczać będzie przyjęcie jako obowiązującej stawki VAT z dnia powstania obowiązku podatkowego, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu akceptowana będzie przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

**Zapytanie 4** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 5 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o zastąpienia słowa „udostępnienia” następującego bezpośrednio po słowach „... przesunie termin”.

Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi: „Zamawiający powinien udostępnić aparat pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku niedopuszczenia przez Zamawiającego pracowników serwisu wykonawcy w uzgodnionym terminie, Zamawiający przesunie termin naprawy aparatu w uzgodnieniu z Wykonawcą o odpowiedni czas.”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w §4 ust. 5 zapis, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zamawiający powinien udostępnić aparat pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku niedopuszczenia przez Zamawiającego pracowników serwisu wykonawcy w uzgodnionym terminie, Zamawiający przesunie termin naprawy aparatu w uzgodnieniu z Wykonawcą o odpowiedni czas.”

**Zapytanie 5** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 7 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o dodanie sformułowania „pod warunkiem, iż części wymieniane na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego” następującego bezpośrednio po słowach „... w cenę usługi określoną w §3 ust. 1”.

Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi:

„Koszt części zamiennych zużytych do realizacji przedmiotu umowy wliczony jest w cenę usługi określoną w §3 ust.1, pod warunkiem, iż części wymieniane na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w zał. 5 - projekt umowy w § 4 ust. 7, którego treść po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Koszt części zamiennych zużytych do realizacji przedmiotu umowy wliczony jest w cenę usługi określoną w §3 ust.1. pod warunkiem, iż części kwalifikowane do wymiany uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji na skutek naturalnych procesów, za wyjątkiem komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, normalnie nie wchodzących w skład aparatu.”

**Zapytanie 6** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 8 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o dodanie sformułowania „o których mowa w ust. 7 powyżej” następującego bezpośrednio po słowach „... części zamienne”.

Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi:

„Części zamienne, o których mowa w ust. 7 powyżej, dostarcza Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w § 4 ust. 8 zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Części zamienne, o których mowa w ust. 7 powyżej, dostarcza Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt”.

**Zapytanie 7** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 5 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o dodanie sformułowania „o których mowa w ust. 7 powyżej” następującego bezpośrednio po słowach „... części zamienne”.

Przyjęcie zgłaszanego postulatu nada następujące brzmienie omawianemu ustępowi:

„Części zamienne, o których mowa w ust. 7 powyżej, przechowywane przez Wykonawcę u Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy. Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, zostaną przekazane Wykonawcy i przechodzą na jego własność.”

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający wskazuje, iż sugerowana zmiana nie dotyczy §4 ust. 5, lecz §4 ust. 9. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w §4 ust. 9, który po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Części zamienne, o których mowa w ust. 7 powyżej, przechowywane przez Wykonawcę u Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy. Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, zostaną przekazane Wykonawcy i przechodzą na jego własność.”

**Zapytanie 8** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 12 – Prosimy Zamawiającego, celem doprecyzowania, o nadanie następującego brzmienia omawianemu ustępowi:

„W przypadku przestoju aparatury objętej umową, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (przy czym do przestoju nie wlicza się czasu oczekiwania na części zamienne nie objęte niniejszą umową, do zapewnienia których zobowiązany jest Zamawiający) o ponad 7 dni roboczych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% raty miesięcznej, o której mowa w §3 ust. 2, za każdy kolejny dzień przestoju, nie więcej jednak niż 10% ceny netto rocznej obsługi

serwisowej aparatu, określonej w §3 ust.1.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w zał. 5 - projekt umowy w § 4 ust. 12, którego treść po modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku przestoju aparatury objętej umową, z przyczyn zawnionych od Wykonawcy ( przy czym do przestoju nie wlicza się czasu oczekiwania na części zamienne nie objęte niniejszą umową, do zapewnienia których zobowiązany jest Zamawiający ) o ponad 7 dni roboczych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy, o której mowa w §3 ust. 2, za każdy kolejny dzień przestoju, nie więcej jednak niż 10% ceny rocznej obsługi serwisowej aparatu wynikającej z §3 ust. 1.”

**Zapytanie 9** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§4 ust. 15 – Prosimy Zamawiającego o dodanie ustępu w §4 o następującej treści:  
„Wylacza się rękojmię na usługi objęte niniejszą umową.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zapytanie 10** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§5 – Prosimy Zamawiającego o nadanie następującego brzmienia omawianemu paragrafowi:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% łącznego wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść zapisu w zał. 5 - projekt umowy i wprowadza w §5 ust. 4 zapis, który otrzymuje następujące brzmienie: „Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% łącznego wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych.”

**Zapytanie 11** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§6 ust. 3 lit. b i c. – Prosimy Zamawiającego o usunięcie omawianych punktów

Postanowienia opisane w Projekcie umowy w §6 ust. 3 lit. b i c w sposób nieuprawniony ograniczają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zwracamy uwagę, że Wykonawcę przed sądami może reprezentować również pracownik Wykonawcy niebędący radcą prawnym ani adwokatem, jak również aplikanci radcowscy i adwokacy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zapytanie 12** – dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

§6 ust. 4 – Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymienionego ustępu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.**

**Zamawiający**