



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

NZZ/71/D/11

Bydgoszcz, dnia 20.10.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części i podzespołów do aparatury medycznej.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – dotyczy grupy 3

Prosimy o określenie do jakich urządzeń wykorzystywane będą akumulatory w pozycjach 1 do 7. Informacja ta jest niezbędna w celu doboru akumulatorów kompatybilnych z urządzeniami, do których będą stosowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyjaśniając, podaje przeznaczenie poszczególnych akumulatorów dla grupy 3

Poz.	Rodzaj akumulatora	Przeznaczenie
1	Akumulator 6V/1,3Ah	pompy infuzyjne Fresenius Vial, pilot A2, Pilot C
2	Akumulator 12V/0,8Ah	detektory tętna płodu CDT-5 EKG Cardiette
3	Akumulator 12V/1,3Ah	pompy infuzyjne Kwapisz, Zamawiający dopuszcza również akumulator 1,2 Ah
4	Akumulator 12V/2Ah	pulsometr Novamatrix 520 A, Schiller AT6
5	Akumulator 12V/7Ah	aparat do znieczulenia ogólnego Julian
6	Akumulator 12V/17Ah	respirator Evita
7	Akumulator 12V/2,3Ah	kardiomonitorzy Mindray T8, PM 9000, Space Lab 1030

Pytanie nr 2 – dotyczy grupy 13- Lampa XENON 300W

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj lampy jest wymagany przez Zamawiającego, tzn., czy ma być to lampa sufitowa operacyjna czy też lampa czołowa. Ogólny zapis Xenon 300 W nie określa w zasadzie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli część zamienną w tzw. źródłach zimnego światła firm: STORZ, OLYMPUS, PENTAX, Smith&Nephess.

Pytanie nr 3 – dotyczy grupy 3, poz. 4 i 7

Proszę o podanie wymiarów lub typu akumulatora.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający aktualnie eksploatuje: w ramach poz. 4 - akumulator LC-R122R2PD MP 2,2-12, w ramach poz. 7 - LC - SA122R3AU. Zamawiający dla poz. 4 i 7 dopuszcza również akumulatory o pojemności 2,2 Ah.

Pytanie nr 4 – dotyczy grupy 8, poz. 3

Proszę o podanie typu żarówki (przykładowe oznaczenie producenta)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający aktualnie eksploatuje żarówki firm: OSRAM 93637 50 mmm 21V/150W GX5.3 EJ, GE 21V/150 W EKE GE35200 GX 5.3.

Pytanie nr 5 – dotyczy grupy 10, poz. 1

Proszę o podanie dokładnego typu żarówki lub laryngoskopu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający eksploatuje żarówkę w rękojeści do laryngoskopów światłowodowych firmy Farrum. HPX 2,5V żarówka halogenowo-ksenonowa, gwint 3,5x0,35 mmm, moc 0,68 VA.

Pytanie nr 6 – dotyczy grupy 11, poz. 1

Proszę o podanie dokładnego typu żarówki lub laryngoskopu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli Laryngoskopy Classic+ - rękojeść standardowa, żarówka XHL 2,5V;
przykładowy numer katalogowy x.01.88.035.

Pytanie nr 7 – dotyczy grupy 13, poz. 1

Proszę o podanie dokładnego typu lampy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma na myśli lampę ksenon do źródła zimnego światła o mocy 300W; typ PE300Bf, CEX-300BF
lub równoważne.

Pytanie nr 8 – dotyczy projektu umowy - §4 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maks. 7 dni roboczych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy projektu umowy - §4 ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostarczenia towaru na maks. 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o niezgodności dostawy z umową.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie nr 10 – dotyczy projektu umowy - §4 ust. 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 5% wartości niedostarczonego w terminie lub wadliwego towaru

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy - §5 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 0,2% wartości towaru niedostarczonego w przewidzianym terminie lub nienależycie dostarczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, tak jak to ma miejsce w §5 ust. 2 projektu umowy, prosimy o równe traktowanie obu stron umowy w zakresie kar umownych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy projektu umowy - §5 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy projektu umowy - §8 ust. 1 pkt. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu, że przedłużenie czasu trwania umowy może mieć miejsce w przypadku zgody obu stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający