



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

Bydgoszcz, dnia 08.11.2011 r.

NZZ/75/D/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta posiadający 15 calowy monitor o standardowej dla tego rozmiaru rozdzielczości 1024x768 pikseli?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 8000 kanałów przetwarzania?

Odpowiedź na zapytanie:

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez aktywnego gniazda do podłączenia głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez dwóch suwaków wzmocnienia podłużnego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z maksymalnym frame rate dla trybu 2D 700Hz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości automatycznej optymalizacji częstotliwości dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, którego głowica liniowa posiada 192 elementy oraz pracuje w szerszym niż wymagany zakres: 3,5-16 MHz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, którego głowica konweksowa posiada 128 elementów i zakres pracy 2-5 MHz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości rozbudowy o głowicę przeprzęłykową?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada możliwość regulowania wielkości bramki PW w zakresie 2-5 MHz?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada możliwość regulowania wielkości bramki PW w zakresie 0,5-20 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu fabrycznie nowy aparat wysokiej klasy renomowanego producenta, który pracuje w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z 4 kątami ugięcia wiązki na współpracujących z aparatem głowicach konweksowych i liniowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 13- dot. załącznika 1 SIWZ „Przedmiot zamówienia”

Czy Zamawiający dopuści materiały informacyjne, broszury, strony z instrukcji serwisowej w języku angielskim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisem w rozdziale II - Warunki dotyczące Wykonawców wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub wykonawcę.

Pytanie 14- dot. załącznika 1 SIWZ „Przedmiot zamówienia” - pkt 7

Czy Zamawiający dopuści zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. deklarację zgodności na oferowane produkty medyczne tj. ultrasonograf, kardiomonitor i aparat EKG?

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający wymaga deklaracji zgodności i/lub certyfikatu zgodności. W związku z powyższym możliwe jest załączenie do oferty jednego z w/w dokumentów.

Pytanie 15- dot. załącznika 1 SIWZ „Przedmiot zamówienia” - pkt 10

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie ulotki producenta zawierającej szczegółowe dane techniczne bez wskazywania numeru strony i akapitu, na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 16- dot. załącznika 1 SIWZ „Przedmiot zamówienia” - pkt 10.40

Czy Zamawiający dopuści aparat mający zakres pomiarowy Dopplera pulsacyjnego do 8 m/sek., natomiast zakres pomiarowy Dopplera ciągłego do 20 m/sek. przy zerowym kacie korekcji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 17- dot. załącznika 1 SIWZ „Przedmiot zamówienia” - pkt 10.54

Głowica szerokopasmowa konweks o zakresie częstotliwości od 1 do 5 MHz znajdują się już w wyposażeniu podstawowym aparatu p.p 10.46-49. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i wykreśla w załączniku nr 1 – przedmiot zamówienia postanowienie ppkt 54 określone w tabeli 10.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający