



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/69/P/11

Bydgoszcz, dnia 04.11.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych, nr sprawy NZZ/69/P/11

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Dotyczy grupy 1

Prosimy o dopuszczenie w grupie 1 w pozycji 1 kleszczy o długości 160 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dotyczy grupy 1

Prosimy o dopuszczenie w grupie 1 w pozycji 2 kleszczy o średnicy 2,4 mm pasujące do kanału 2,8mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dotyczy grupy 2

Prosimy o dopuszczenie w grupie 2 w pozycji 1 igieł o średnicy 19-22G dostosowanych do wszystkich typów endoskopów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4

Dotyczy grupy 2

Prosimy o dopuszczenie w grupie 2 w pozycji 2 igieł o długości 200cm i średnicy 23-25G, długość ostrza igły 4 mm z możliwością regulacji wysunięcia narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 5

Dotyczy grupy 2

Prosimy o dopuszczenie w grupie 2 w pozycji 3 igieł o długości 200cm i średnicy 23-25G, długość ostrza igły 4 mm z możliwością regulacji wysunięcia narzędzia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 6

Dotyczy grupy 17

Prosimy o dopuszczenie w grupie 17 w pozycji 1 balonów o średnicy narzędzia 6,6Fr na całej długości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 7

Dotyczy grupy 17

Prosimy o dopuszczenie w grupie 17 w pozycji 2 balonów o średnicy rozprężenia 8.5-12-15 i średnicy cewnika 6,6Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 8

Dotyczy grupy 19

Prosimy o dopuszczenie w grupie 19 w pozycji 1 i 2 przewodnic o długości 480 cm i widoczności w RTG na dł. 50 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający