



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

NZZ/77/P/11

Bydgoszcz, dnia 17.11.2011r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angioplastyki i koronografii.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 7 atm, dostępnych średnicach 1,25 – 4.0 mm, długościach: 6, 10, 15, 20, 25, 30, profilu przejścia 0,023” dla średnicy 3.0 mm., posiadających pojedynczy marker dla średnic 1,25 – 1,5 oraz dwa dla pozostałych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2 - dot. Grupy 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 14 atm, RBP równym 20 atm (śr. 2 – 4 mm.) i 18 atm (śr. 4,5 – 5 mm.), shaftcie proksymalnym - 2.0F, shaft dystalny 2.6F – (dla 2.0 – 3.75 mm.), 2.7F – dla (4.0 – 5.0 mm.), końcówce o profilu natarcia 0,018”, posiadające dwa rodzaje pokrycia redukującego tarcie - pokyciu hydrofilnym od końca balonu do ujścia przewodnika, hydrofobowym na balonie i końcówce nacierającej (co pozwala na uzyskanie właściwej śliskości systemu, zapewniając jednocześnie łatwe przechodzenie przez zmiany i precyzyjne rozprężanie balonu), czasie deflacji ok. 4 sekund?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający