



ISO 9001: 2008

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

NZZ/77/P/11

Bydgoszcz, dnia 21.11.2011r

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angioplastyki i koronografii.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dot. Grupy 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu nominalnym 6 atm, RBP 14 atm dla średn. 1,5-3,25 mm, 12 atm dla średn. 3,5 do 5,0 mm, zakresie średnic od 1.5 do 5.0 mm, długościach 8, 12, 15, 20, 30, 40 mm, profilu przejścia 0.031" dla 3.0 mm, długości użytkowej 140 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 - dot. Grupy 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 10 stentów o następujących parametrach: Stent montowany na balonie, wykonany z kobaltu –chromu (Co-Cr), pokryty warstwą węgla o dużej gęstości i budowie turbostratycznej i platynowymi markerami, zawartość żelaza < 3 % i kobaltu 46-57% ; o długości 7-31 mm i średnicach 2,25 mm – 4,5 mm; ciśnienie nominalne 9 atm; RBP 18 atm ; grubość strut 0,07 oraz 0,08 mm; sten bezpieczne i pewnie zamontowany na balonie; kompatybilny z przewodnikiem 0,014" o cewnikiem 4F; crossing profile 0,97 (mm) / 0.038" dla stentu o średnicy 3 mm; 0 skracanie stentu podczas implantacji; siła radialna dla średnicy 3 mm 1.04 atm;; długość balonu poza stentem 0,4 mm; typ rapid eXchange (typ monorail), długość systemu 142 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.**

**Zamawiający**