



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

NZZ/77/P/11

Bydgoszcz, dnia 02.12.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angioplastyki i koronografii.*

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1** - dot. grupy 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompki wyskalowane w barach i psi? Ze względu np. na zbliżoną wartość skali barów i atm. użytkownik nie powinien odczuć znacznej różnicy.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 2** - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 do **0,2%**?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 3** - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podwyższenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 do **2%**?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 4** - dot. grupy 9

Czy Zamawiający dopuści stenty wieńcowe metalowe montowane na balonie o minimalnie zmienionych parametrach: grubość ściany stentu od 0,0032 do 0,0049", ciśnienie nominalne max. 9 atm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 5** - dot. grupy 10

Czy Zamawiający dopuści stenty ze stopów kobaltowo-chromowych montowane na balonie o minimalnie zmienionych parametrach: ciśnienie nominalne 8-10 atm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 6** - dot. grupy 11

Czy Zamawiający miał na myśli stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny everolimus o grubości ścian stentu max 0,0032" dla wszystkich rozmiarów?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający miał na myśli stenty o grubości ścian 0,0032" dla wszystkich rozmiarów. Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia i w grupie 11 dla poz. 5 w kolumnie - opis wymaganych parametrów granicznych skreśla zapis: " grubość ścian stentu max 0,032" dla wszystkich rozmiarów " i w to miejsce wprowadza zapis " grubość ścian stentu max 0,0032" dla wszystkich rozmiarów ".

**Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.**

**Zamawiający**