



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

NZZ/84/P/11

Bydgoszcz, dnia 22.12.2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, dostawę systemów do pobierania krwi oraz dostawę drobnych materiałów laboratoryjnych na okres 36 miesięcy.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania test do ilościowego oznaczania barbituratów, gdzie materiałem badanym jest mocznik?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów w formie płyty CD, a jeśli nie, to złożone w osobnym segregatorze, podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy dzierżawionego sprzętu z 15 na 21 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par 8 pkt. 1a (umowa 3A) na: „ Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, w wyniku czego zmianie podlega cena brutto, cena netto pozostaje niezmienną. Po zawarciu umowy, dla Stron wiążącą będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wykreślenie zapisu w par. 4 pkt 8 (umowa 3A), albowiem jego obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach wykonawca – wykonawca, ale także Zamawiający – wykonawca.

Zważyć bowiem należy, że utrzymanie dotychczasowej stylizacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie pozwala wykonawcy należycie przygotować oferty, jaką chce on złożyć w niniejszym postępowaniu. Obawa ta jest uzasadniona i wynika, z faktu, że wyznaczanie ceny oferty w głównej mierze zależy od wolumenu zamówienia. Tym samym Zamawiający

w swoim „dobrze pojętym interesie” utrzymując taki zapis powoduje, że wykonawcy co do zasady, celem eliminacji ryzyka związanego z kontraktem znacznie zawyżają cenę oferty, co by nie miało miejsca gdyby obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia był wykonany i Zamawiający zagwarantowałby minimalny próg (wolumen) zamówienia który na pewno zrealizuje.

Nie bez znaczenia w końcu pozostaje fakt, że w ten sposób Zamawiający obroniłby się przed ewentualnymi pytaniami, który mogą postawić mu jego organy kontrolne, bowiem czerpiąc z dorobku KIO, takowe zapisy SIWZ, Izba określa jako naruszenie art. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust.1 i art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) oraz art. 5 kc, w zw. z art. 58 par. 1 i 2 kc i art. 353(1) kc w zw. z art. 139 ust. 1 PZP.

Sam Zamawiający natomiast także może ponosić negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy, gdyż w/w zapis nie daje możliwości zabezpieczenia odpowiedniej dla realizacji kontraktu ilości poszczególnych odczynników etc. A to mogłoby negatywnie wpłynąć na pracę Szpitala i bezpieczeństwo pacjentów.

Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o zmianę SIWZ, tj. o wykreślenie zakwestionowanego zapisu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego.

Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu, np.:

Nr kat.	Nazwa	Zawartość	Zamawiana ilość/op.								
			X'11	XI'11	XII'11	I'12	II'12	III'12	IV'12	V'12	VI'12
7K67-27	AFP Reagent	100 testów	1	2	1	2	1	1	2	1	1

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy,
- datę wnoszenia korekt do zamówienia.

Zamówienie – zlecenie stałe:

- zaoszczędzi czas czynności administracyjnych po stronie Zamawiającego,
- zapewni lepszą kontrolę zamówień.

W zamówieniu – zleceniu stałym do dnia ustalonego na wnoszenie korekt Zamawiający może całkowicie zmienić parametry zamówienia: asortyment, ilość, datę dostawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w par. 5 pkt 7 (umowa 3A) zapisu: "nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w par. 8 pkt. 1c (umowa 3A) na: „Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: zmian numerów katalogowych produktów, będących przedmiotem dostawy, bez konieczności ankesowania umowy.”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komputera z 1 złączem PCIx32 bit?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że komputer posiada już zainstalowany port RS 232.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera z tylko zainstalowanym system Windows 7 Pro PL?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza aby mocowanie ściany obudowy widoczne było z tylnej strony obudowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w pkt. 3.2.a) Rozdział III SIWZ wymaga dołączenia do oferty ulotek oferowanego sprzętu oraz metodyk do zaoferowanych odczynników?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek dotyczących oferowanej aparatury, zaoferowanych odczynników oraz aplikacji na wszystkie oferowane testy celem zweryfikowania zgodności z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do wzoru umowy paragrafu mówiącego o procedurze reklamacji o brzmieniu: „W przypadku uzasadnionych reklamacji dotyczących ilości i jakości zrealizowanego przedmiotu zamówienia, Wykonawca rozpatrzy je w terminie 5 dni od daty złożenia reklamacji”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga, by w Załączniku nr 1(Przedmiot zamówienia) w Zadaniu nr 3,pozycja C- Elementy uzupełniające do zamkniętego systemu pobierania krwi, pochodziły od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności poszczególnych elementów systemu lub w przypadku zaoferowania części systemu od różnych producentów, Zamawiający wymaga oświadczenia producentów, że elementy są ze sobą kompatybilne?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności całego systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej. Nie dopuszcza w tym zakresie możliwości składania ofert częściowych. Nadto zgodnie z zapisem SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej z pozycji po minimum 5 szt.

Pytanie nr 15

Czy zamawiający w załączniku nr 1 (przedmiot zamówienia) w Zadaniu nr 3, pozycja C – Elementy uzupełniające do zamkniętego systemu pobierania krwi, pkt 3. przez określenie „igła systemowa motylkowa” rozumie systemową igłę motylkową przeznaczoną do pobierania krwi ze zintegrowanym adapterem luer oraz zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający pod pojęciem „igła motylkowa” rozumie igłę gotową do wykręcania do uchwytu posiadającą zabezpieczenie przeciwzakłuciowe. Zamawiający określił igłę podając dla niej wymagania graniczne.

Pytanie nr 16

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w tabeli F pkt wymogów:

- pokrycia kosztów kontroli zewnątrz laboratoryjnej, podłączenia aparatu oraz zapewnienie materiałów do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tych części wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć w/w koszty do ceny oferty tj. podać je w tabeli cenowej jako oddzielne pozycje czy wliczyć w cenę dzierżawy aparatu do OB.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie żąda jakichkolwiek świadczeń bezpłatnych. Wszystkie składniki zamówienia należy wliczyć w cenę oferty/zadania.

Pytanie nr 17

Zwracam się z prośbą o poprawienie błędnie podanej formuły dla wyliczenia w zadaniu nr 3 wartości netto: W tabeli A dla zadania nr 3 w kolumnie „wartość netto dla danej pozycji w PLN” jest formuła: $6=(5 \times 6)$ a powinno być: $6=(4 \times 5)$.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2a – Szczegółowy formularz cenowy. Zamawiający wykreśla w tabeli A dla zadania nr 3 w kolumnie „wartość netto dla danej pozycji w PLN” zapis formuły „ $6=(5 \times 6)$ ” i w to miejsce wprowadza zapis o „ $6=(4 \times 5)$ ”.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych zapisów w ofercie.

Zamawiający