



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

Fax. 52/36-55-496

NZZ/27/D/12

Bydgoszcz, dnia 11.04.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia

Zapytanie 1

1. W punkcie nr 1.5 dotyczącym części implantowanej wymaga się, aby całkowita powierzchnia implantu wszczepianego w kość była wykonana w technologii TiOblast™.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści implanty o powierzchni Brånemarka ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

W punktach nr 3.4 oraz 4.4 dotyczących procesorów dźwięku wymaga się sygnalizacji akustycznej i wizualnej stanu pracy procesora.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego sygnalizację akustyczną zmiany stanu pracy (bez sygnalizacji wizualnej) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

W punktach nr 3.6 oraz 4.6 dotyczących procesora dźwięku wymaga się możliwości wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawą stronę.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów dedykowanych do prawego lub lewego ucha ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4

W punktach nr 3.7 i 4.7 dotyczących procesorów dźwięku wymaga się zatrzaskiwania procesora do wewnątrz zaczepu.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści procesory zatrzaskujące się na zewnątrz zaczepu ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający