



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

Fax. 52/36-55-496

NZZ/27/D/12

Bydgoszcz, dnia 12.04.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku - 12 kpl.

Wszyscy Wykonawcy

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wprowadza następujące zmiany:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia” w punkcie 9 „Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika” -tabela:

- w ppkt. 3 dotyczącym „Procesora dźwięku o wzmocnieniu od min 30 dB HL do 45 dB HL” w pozycji 3.6. skreśla się zapis „Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawą stronę” w zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymuje brzmienie „Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawą stronę. Dopuszcza się procesor dedykowany do prawego lub lewego ucha” oraz w pozycji 3.7. skreśla się zapis „Sposób zatrzaskiwania samego procesora: do wewnątrz zaczepu” w zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymuje brzmienie „Sposób zatrzaskiwania samego procesora: do wewnątrz zaczepu lub na zewnątrz zaczepu”.

- w ppkt. 4 dotyczącym „Procesora dźwięku o wzmocnieniu o min 55 dB HL” w pozycji 4.6. skreśla się zapis „Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawą stronę” w zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymuje brzmienie „Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą jak i na prawą stronę. Dopuszcza się procesor dedykowany do prawego lub lewego ucha” oraz w pozycji 4.7. skreśla się zapis „Sposób zatrzaskiwania samego procesora: do wewnątrz zaczepu” w zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymuje brzmienie „Sposób zatrzaskiwania samego procesora: do wewnątrz zaczepu lub na zewnątrz zaczepu”.

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert, w zdaniu: Oferty należy złożyć do dnia 13.04.2012 r. do godziny 12:00- skreśla się zapis: 13.04.2012 r. do godziny 12:00

W zamian wprowadza się nowy zapis które otrzymuje brzmienie: 18.04.2012 r. do godziny 12:00

3. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Rozdział XVI – Otwarcie ofert, w zdaniu: Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w sali narad – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu 18.04.2012 r. o godzinie 13:00 - skreśla się zapis: w sali narad – niski parter w dniu 13.04.2012 r. o godzinie 13:00.

W zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie: Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 39, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy w dniu 18.04.2012 r. o godzinie 13:00 .

Zamawiający