



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521

PN-N18001:2004

Fax. 52/36-55-496

NZZ/29/D/12

Bydgoszcz, dnia 24.04.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, rękawic chirurgicznych sterylnych bezpudrowych

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zapytanie 1

W związku z jedynym kryterium oceny ofert – 100% cena zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 5 par z wybranego rozmiaru. Państwa zgoda pozwoli na znaczne obniżenie kosztów przygotowania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy rękawice chirurgiczne bezpudrowe mają być sterylizowane radiacyjnie ? Rozwiązanie tego typu umożliwia produkcję opakowań w pełni hermetycznych, nie przesuszających powietrza to jest w konsekwencji zapewniających dłuższą żywotność rękawic i wyklucza jakiegokolwiek pozostałości tlenku etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3:

W związku z przygotowywaniem w/w postępowania przetargowego zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie wymaganych ilości rękawiczek chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji ilości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający