



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

Fax. 52/36-55-496

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2008

PN-N18001:2001

NZZ/35/D/12

Bydgoszcz, dnia 15.05.2012 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i noży chirurgicznych.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – (wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia)

Czy Zamawiający dopuści referencje na sprzęt medyczny jednorazowego użytku jako dokument potwierdzający, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należyście?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ dopuszcza przedłożenie powyższych referencji w zakresie grupy drugiej tj. - noży mikrochirurgicznych.

Pytanie nr 2 - dot. Grupy 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 w pozycji 1 soczewki o stopniu uwodnienia 26%, o średnicy części optycznej 6 mm, angulacji 6°, fabrycznie załadowane do jednorazowego jednoczęściowego injector, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3 - dot. Grupy 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 w pozycji 2 soczewki o stopniu uwodnienia 26%, posiadające dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki, o długości całkowitej 13 mm, angulacji 9°, o zakresie mocy od -10,0D do +40,0D (w zakresie od +10,0D do +30,0D dostępne do 0,5D), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 4 - dot. Grupy 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 2 w pozycji 3 noże typu Slit 2,8 mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 5 - dot. § 8 ust.1 pkt. 5 projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„a) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany stawki VAT wprowadzonej właściwymi przepisami, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto”

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 6 - dot. Grupy 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia 0,3%, z dwoma haptenami, średnicy części optycznej - 6mm, długości całkowitej 13mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 7- dot. Grupy 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na soczewkę hydrofobową o stopniu uwodnienia 0,3%, z dwoma haptenami, o długości całkowitej – 13mm, zakresie mocy od 6.0 do 30.0D co 0.5D, posiadającą jednorazowy injector z możliwością wszczepienia przez cięcie 2,6 – 2,7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający