



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N18001:2004

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521
Fax. 52/36-55-496

NZZ/42/P/12

Bydgoszcz, dnia 25.06.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego, nr sprawy NZZ/42/P/12

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Zapytanie 1

Grupa nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Grupa nr 27

Czy Zamawiający dopuści badania z 2011 r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 3

Grupa nr 35

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o średnicy 90cm wykonany z folii o grubości 40 mikronów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Dotyczy projektu umowy Paragraf 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 5

Dotyczy projektu umowy Paragraf 4 ustęp 8

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni”

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 6

Dotyczy projektu umowy Paragraf 4 ustęp 10

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie przekraczającym o 3 dni termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminach określonych w ust. 8, Zamawiający ma prawo, po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu nowego terminu, do dokonania zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku ceny wyższej niż cena wynikająca z niniejszej umowy, różnicą obciąży Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. ”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 7

Dotyczy projektu umowy Paragraf 5 ustęp 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdą rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający w grupie 37 w pozycji nr 1 wymaga miski okrągłej o poj. 3 litrów czy miski prostokątnej wzmocnionej o poj. 4 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga miski okrągłej o pojemności w zakresie od 2,8 litra do 3,0 litrów.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający w grupie 37 w pozycji nr 2 wymaga basenu płaskiego dużego o poj. 2 litrów, basenu płaskiego średniego o poj. 1,3 litra czy basenu głębokiego o poj. 2 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga basenu płaskiego dużego o pojemności w zakresie od 1,8 litra do 2 litrów.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający w grupie 37 w pozycji nr 3 wymaga kaczki o pojemności 800 ml czy 900 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaczki o pojemności w zakresie od 700 litrów do 800 litrów.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia o nieprzeciekaniu jednorazowych wyrobów z pulpy celulozowej przez określony czas?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie 12

Dot. grupy nr 22

Czy Zamawiający pisząc: „Grupa 22 Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji dla noworodków typu Nellcor” oraz w nazwie przedmiotu zamówienia: „Jednorazowe czujniki do pomiaru saturacji dla noworodków typu: Nellcor” ma na myśli czujnik SpO2 o poniższych parametrach:

- jednorazowy;
- sterylny;
- nie zawierający lateksu;
- samoprzylepny;
- dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40kg;
- w kształcie "L"
- sensor w technologii OxiMax;
- kalibrowany cyfrowo i analogowo
- działający w technologii OxiMax bez dodatkowych złączy, przedłużaczy, adapterów itp;

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli czujnik:

- jednorazowy,
- sterylny,
- dla noworodków poniżej 3 kg,
- sensor w technologii Nellcor,
- działający w technologii Nellcor

Zapytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach grupy nr 43 poz. 1 myjki z nieprzemakalnego laminatu celulozowo-foliowego, o wymiarowaniu 15x23 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że gramatura musi wynosić min 50 g/m².

Zamawiający